



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dn. 05.02.2015r.

Szp/FZ - 7/ 51 / 2015

INFORMACJA NR 5 DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Dostawa materiałów do sterylizacji” – nr sprawy Szp/FZ- 7/2015

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe zapytanie:

Pytanie nr 1 - dot. Pakietu nr 10

1. Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe o temperaturze zgrzewania 180-220°C?
2. Czy Zamawiający wymaga, aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym lub wewnątrz roli zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzać w błąd co do oznakowania znakiem CE lub numerem jednostki notyfikowanej”? Takie oznakowanie stosuje większość producentów rękawów papierowo-foliowych – wyklucza to ryzyko błędnego odczytania oznaczenia CE sterylizowanych wyrobów.
3. Czy Zamawiający wymaga rękawów papierowo-foliowych o minimalnych parametrach: wytrzymałość na rozciąganie na sucho CD-3,8 KN/m, MD-7,2 KN/m, wytrzymałość na rozciąganie na mokro CD-1,3 KN/m, MD-2,4 KN/m; wytrzymałość na przepuklenie 400 kPa, wytrzymałość na przepuklenia na mokro 150Kpa, wytrzymałość na przedarcie w obu kierunkach min. 700 mN?

Odpowiedź:

Ad.1. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania rękawy papierowo-foliowe o temperaturze zgrzewania 180-220°C

Ad.2. Czy Zamawiający dopuszcza, aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym lub wewnątrz roli zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzać w błąd co do oznakowania znakiem CE lub numerem jednostki notyfikowanej.

Ad.3. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawów papierowo-foliowych o minimalnych parametrach:

wytrzymałość na rozciąganie na sucho CD-3,8 KN/m, MD-7,2 KN/m, wytrzymałość na rozciąganie na mokro CD-1,3 KN/m, MD-2,4 KN/m; wytrzymałość na przepuklenie 400 kPa, wytrzymałość na przepuklenia na mokro 150Kpa, wytrzymałość na przedarcie w obu kierunkach min. 700 mN

Powyższe stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ca Dyrektora
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk 1