



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Szp/FZ - 2/ 68 /2015

Wrocław, dnia 12.02.2015 r.

## INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego przekazuje zmianę do postępowania pn.: „*Dostawa aparatury różnej*”

### Dotyczy zadania nr 7

#### **Pytanie nr 1**

Czy w zakresie zadania nr 7 zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w przedmiotowym postępowaniu defibrylatora o wskazanych poniżej parametrach technicznych i rozwiązaniach funkcjonalnych tj.:

Ad. 3 Czy zamawiający dopuści defibrylator posiadający metronom ze stałym rytmem uciśnień 100/min w trybie AED, bez rozróżnienia pacjenta zaintubowanych, nie zaintubowanych oraz dla dorosłych i dzieci.

Ad. 7. Czy zamawiający dopuści defibrylator z ilością poziomów energetycznych dla defibrylacji zewnętrznej 15 oraz 15 dla wewnętrznej

Ad. 17. Czy zamawiający dopuści defibrylator o zakresie wzmocnienia sygnału EKG x 0,25 x 0,5 x1 x2 x4 AUTO

Ad. 20. Czy zamawiający dopuści defibrylator z natężeniem prądu stymulacji w zakresie 20-200 mA

Ad. 25. Ciężar defibrylatora wraz z akumulatorem 6,9 kg

#### **Odpowiedź:**

Ad. 3 ÷ 17 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ,

Ad. 20 - Zamawiający dopuści defibrylator z natężeniem prądu stymulacji w zakresie 20-200 mA,

Ad. 25 - Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### **Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator posiadający energię wyładowania w trybie manualnym i AED zgodna z wytycznymi ERC 2010 to jest do 200 J, autotest wykonany w momencie włączania urządzenia przez użytkownika potwierdzający działanie urządzenia, wzmocnienie sygnału na 4 poziomach 0,25; 0,5; 1,2 oraz wagę ok. 7,4 kg?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie defibrylatora o wyspecyfikowanych powyżej parametrach, ponieważ nie spełniają one minimalnych wymagań technicznych określonych w SIWZ.**

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

DYREKTOR SZPITALA  
*[Signature]*  
prof. dr hab. Wojciech Winkiewicz