



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dnia 09.03.2015r.

Szp/FZ-75AJ 128 /2015

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „Dostawę akcesoriów zużywalnych do urządzeń medycznych i innych wyrobów medycznych”.

Dotyczy zadania nr 3

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający będzie wymagał od Oferenta autoryzowanego serwisu na terenie Polski potwierdzonego przez producenta oryginalnych czujników Masimo?

Zamawiający dopuszcza aby oferent posiadał autoryzowany serwis na terenie Polski potwierdzony przez producenta oryginalnych czujników Masimo.

Dotyczy postanowień siwz i projektu umowy:

Pytanie nr 2

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych w §9 ust. 1.1) do 0,2% wartości brutto towaru dostarczonego ze zwłoką za każdy dzień zwłoki.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, ceny netto pozostaną bez zmian, zmianie ulegną jedynie ceny brutto proporcjonalnie do wprowadzonych zmian stawki podatku VAT.

Zamawiający potwierdza, że w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, ceny netto pozostaną bez zmian, zmianie ulegną jedynie ceny brutto proporcjonalnie do wprowadzonych zmian stawki podatku VAT.

Dotyczy Pakietu nr 4

Pytanie nr 1 poz.1 Układ oddechowy

Prosimy o dopuszczenie układu oddechowego o poniższych parametrach:

- ramię wdechowe podgrzewane
- ramię wydechowe z pułapką wodną
- dren proksymalny
- komplet aparatów umożliwiających podłączenie do różnego typu respiratorów

- komora z automatycznym pobieraniem wody
 - układ z komorą musi tworzyć komplet
 - przeznaczony do stosowania z nawilżaczem model MR850 firmy Fisher&Paykel
- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 5 poz. 2 Komora jednorazowego użytku z automatycznym pobieraniem wody.

Prosimy o wykreślenie informacji, iż komora ma posiadać dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Powyższe informacje stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji
mgr inż. Jadwiga Raziuk