



Wrocław, dnia 09.03.2015r.

Szp/FZ/MD-2/129 /2015

### INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „dostawę specjalistycznego sprzętu okulistycznego w ramach Projektu Mały Dolnoślązak”.

Dotyczy: Załącznika nr 5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.  
Część 4 - Laser okulistyczny do laseroterapii siatkówki

#### **Pytanie nr 1 dot. pkt. 6**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające czas ekspozycji w trybie mikropulsów w zakresie 100 do 1000 $\mu$ s (pozostałe parametry bez zmian)?

**Zamawiający dopuszcza w części 4 – laser okulistyczny do laseroterapii siatkówki urządzenie posiadające czas ekspozycji w trybie mikropulsów w zakresie 100 do 1000 $\mu$ s pozostałe parametry bez zmian.**

Powyższe informacje stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA  
Z-ca DYREKTORA  
ds. Finansów i Administracji

*mgr inż. Jadwiga Raziuk*