



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dnia 16.03.2015r.

Szp/FZ-63A/153/2014/2015

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „Dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w Pracowni Hemodynamiki”.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 - **Cewnik prowadzący do angioplastyk wieńcowych** dopuści do zaofiarowania cewniki o średnicy wewnętrznej 0,090” dla rozmiaru 8F i spełniające pozostałe wymogi specyfikacji technicznej ?

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 2 - Cewniki prowadzące do angioplastyk o średnicy wewnętrznej 0,090” dla rozmiaru 8F i spełniające pozostałe wymogi specyfikacji technicznej.

Jednocześnie Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający zmienia treść punktu 6 w Rozdziale XV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nadaje mu brzmienie:

„6.W przypadku nie podania w ofercie terminu dostawy, oferta zostanie odrzucona.”

Powyższe informacje stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów / Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk