

Wrocław, dnia 16.03.2015r.

Szp/FZ/MD-2/ 152 /2015

### INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „dostawę specjalistycznego sprzętu okulistycznego w ramach Projektu Mały Dolnoślązak”.

#### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 oftalmoskop z PD w zakresie od 48 do 76?

**Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 2 oftalmoskop z PD w zakresie od 48 do 76.**

Powyższe informacje stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA  
Z-ca DYREKTORA  
ds. Finansów i Administracji

*mgr inż. Jadwiga Raziuk*