

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dnia 14.04.2015 r.

Szp/FZ- 8/ 206 /2015

INFORMACJA NR 5 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „Dostawę nici chirurgicznych oraz materiałów hemostatycznych”

Pytanie Nr 1 – dotyczy pakietu nr 1

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie oferty w pozycji nr 2 i 3 z igłą 40 mm pogrubioną, tj. odporniejszą na złamanie i wygięcia w trudnych warunkach operacyjnych.

Odpowiedź Nr 1

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 2 – dotyczy pakietu nr 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji nr 7 szwu z igłą 40 mm pogrubioną?

Odpowiedź Nr 2

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 3 – dotyczy pakietu nr 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szwów chirurgicznych: syntetycznych, monofilamentowych o czasie wchłaniania między 180-210 dniem od zaimplantowania?

Odpowiedź Nr 3

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 4 – dotyczy pakietu nr 6

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty ze szwami syntetycznymi, monofilamentowymi z glikonatu, wchłaniającymi się między 60-90 dniem od zaimplantowania?

Odpowiedź Nr 4

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 5 – dotyczy pakietu nr 6

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie oferty w pozycji nr 5 z igłą 24 mm?

Odpowiedź Nr 5

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 6 – dotyczy pakietu nr 8

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie oferty w pozycji nr 15 ze szwem z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła kosmetyczną micor-point 24 mm, która ma takie samo zastosowanie i daje taki sam efekt kosmetyczny jak szew opisany w SIWZ?

Odpowiedź Nr 6

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 7 – dotyczy pakietu nr 8

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie oferty w pozycji nr 21 ze szwem z igłą odwrrotnie tnącą 3/8 koła kosmetyczną micro-point 19mm, która ma takie samo zastosowanie i daje taki sam efekt kosmetyczny jak szew opisany w SIWZ?

Odpowiedź Nr 7

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 8 – dotyczy pakietu nr 8

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie oferty w pozycji nr 1 ze szwem z igłą ½ koła odwrrotnie tnącą 48mm o długości nici 90 cm?

Odpowiedź Nr 8

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 9 – dotyczy pakietu nr 11

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szwów chirurgicznych, syntetycznych, monofilamentowych wykonanych z w 72% z glikolidu, 14% kaprolaktonu, 14% węglanu trimetylenu o zdolności podtrzymywania tkankowego po 6-7 dniach 50% i całkowitym wchłonięciu 56 dni, a po 10 dniach 20-30 % pierwotnej wytrzymałości?

Odpowiedź Nr 9

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 10 – dotyczy pakietu nr 13


Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, niewchłaniające, plecione, bez powleczenia, poliestrowe 5-0, zawierające 2 igły szpatuły o średnicy igły 0,33, o wycinku ¼ koła, długości 7,92mm i o długości nici 45cm.

Odpowiedź Nr 10

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 13 szwy syntetyczne, niewchłaniające, plecione, bez powleczenia, poliestrowe 5-0, zawierające 2 igły szpatuły o średnicy igły 0,33, o wycinku ¼ koła, długości 7,92mm i o długości nici 45cm. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 11 – dotyczy pakietu nr 14

Czy Zamawiający dopuści szwy zawierające 2 igły proste szpatułki, obie o długości 16,15mm, zgodnie z poniższym zdjęciem oraz przy zachowaniu pozostałych parametrów.



Polipropylen 10-0

SC-5

— prosta

0.15

16.15

2

20

Odpowiedź Nr 11

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 14 szwy zawierające 2 igły proste szpatułki, obie o długości 16,15mm. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 12 – dotyczy projektu umowy § 3 ust. 4

Zwracam się z prośbą o odstąpienie od bezwzględnego wymogu dostarczania faktur drogą elektroniczną oraz modyfikację zapisu zgodnie z poniższą propozycją:

„Wykonawca w miarę możliwości dostarczy Zamawiającemu faktury zgodnie z formatem schematu faktury przesyłanej drogą elektroniczną stanowiącej załącznik nr 2 do umowy lub w innym formacie uzgodnionym z Działem Informatyki Zamawiającego (tel.71/ 32 – 70 – 407).”

Odpowiedź Nr 12

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 13 – dotyczy projektu umowy § 3 ust. 5

Zwracam się z prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu wg poniższej propozycji:

„W przypadku braku infolinii, **Zamawiający prześle zamówienie faxem.**”

Wykonawca nie posiada infolinii, a ze względów logistycznych kontaktowanie się codziennie, przez 5 dni w tygodniu z każdym potencjalnym Klientem naszej Firmy sparaliżowałoby pracę działu obsługującego klientów, dlatego wnoszę jak we wstępie.

Odpowiedź Nr 13

Zamawiający informuje iż wykreśla z § 3 ust. 5 Projektu Umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.

Pytanie Nr 14 – dotyczy projektu umowy § 12 ust. 1

Zwracam się z prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu wg poniższej propozycji:

„Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w formie aneksu do umowy w przypadku:

zmiany stawki podatku VAT, **w takim przypadku z chwilą wejścia w życie aktu prawnego regulującego zmianę stawki podatku VAT, zmianie ulega kwota podatku VAT oraz cena brutto, cena netto pozostaje niezmienna.**”

Odpowiedź Nr 14

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu projektu umowy.

Pytanie Nr 15 – dotyczy projektu umowy § 4 ust. 4

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 4 ust. 4 poprzez wprowadzenie następującego zapisu:

Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

Odpowiedź Nr 15

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu projektu umowy.

Pytanie Nr 16 – dotyczy projektu umowy § 9 pkt. 1

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

1) za zwłokę w dostarczeniu partii towaru w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto dostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto partii towaru, której dotyczy zwłoka

Odpowiedź Nr 16

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 17

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT?

Odpowiedź Nr 17

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów projektu umowy.

Zamawiający w rozdz. XIII pkt.6. SIWZ określił:

..”Podana cena oferty netto, zamieszczona w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1 do SIWZ) będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy na realizację przedmiotowego zamówienia”...

Powyższa informacja stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

UPOWAŻNIENIE DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk