



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Wrocław, dnia 04.05.2015 r.

Szp/FZ- 171-257 /2015

## INFORMACJA NR 4 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „Dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku ”

### Pytanie nr 1 - dot. Pakietu nr 16

Wnosimy o dopuszczenie możliwości składania ofert w pakiecie nr 16 na poszczególne pozycje lub wydzielenie zestawów do punkcji opłucnej z trzema igłami do osobnego pakietu. Produkt opisany w pozycji 2 – zestaw z cewnikiem Pig-Tail jest charakterystyczny dla jednego dostawcy.

#### Odpowiedź:

Zamawiający wydziela z pakietu nr 16 zestaw do punkcji opłucnej z trzema igłami do osobnego pakietu i tworzy z niego „Pakiet nr 16 – Zestawy do punkcji – MODYFIKACJA” i „Pakiet nr 99 – Zestawy do punkcji opłucnej i otrzewnej z cewnikiem typu Pig-Tail – MODYFIKACJA”

Jednocześnie ustala wartość wadium dla:

- Pakietu nr 16 – 96,00 zł.

- Pakietu nr 99 – 34,00 zł.

Zmianie ulega ją zapisy SIWZ i przyjmują brzmienie:

Rozdział III, ust. 1.

Pakiet nr 99 – Zestawy do punkcji opłucnej i otrzewnej z cewnikiem typu Pig-Tail

ust.2. Rodzaj, minimalne parametry techniczno - użytkowe oraz ilości określają formularze asortymentowo – cenowe nr 1.1 ÷ 1.99 stanowiące załączniki do formularza ofertowego.

Rozdział IV

1.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – 99 części. Za część należy rozumieć „pakiet”.

Rozdział XI. ust. 3 pkt. 1) ppk.b)

b)formularzy asortymentowo – cenowych (załącznik nr 1.1 - 1.99

Rozdział XIII ust. 4

4.Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zawarte w formularzu asortymentowo – cenowym stanowiącym załączniki nr 1.1-1.99 do SIWZ.

Załączniki do SIWZ.

Załącznik nr 1.1 – 1.99 – formularze asortymentowo – cenowe.

### Pytanie nr 2 - dot. Pakietu nr 94

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania worków laparoskopowych samorozprężalnych 10 mm z metalowym automatycznie otwieranym drutem i rękojeścią w formie tuleji z dwoma otwartymi uchwytami na palce; rozmiary worka odpowiednio średnica 5 cm, pojemność 200 ml dla pozycji nr 1 oraz średnica 10 cm, pojemność 800 ml dla pozycji nr 2.

#### Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

**Pytanie nr 3 - dot. zapisu w projekcie umowy § 3 p.4 oraz załącznik nr 2 do umowy.**

Czy Zamawiający dopuści możliwość przesyłania faktur w formacie DATA-FARM (MALICKI)?

**Odpowiedź:**

*Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.*

**Pytanie nr 4 - dot. Pakietu nr 88 poz. 1, 2**

Czy Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia należał do Medycznej klasy IIa, czy dopuszcza niższą klasę I? SIWZ nie zawiera pełnej informacji.

Czy Zamawiający wymaga wraz z ofertą badanie producenta wykazującego zmianę ilości jednostek tworzących kolonię wzorcową dla min. 10 klinicznie spotykanych mikroorganizmów w okresie do 72 godzin od pobrania w temp. Lodówkowej i pokojowej? Z uwagi na szeroki zakres ofert wymazówek (kilkanaście firm) o podobnym wyglądzie, dokument ten stanowi potwierdzenie wysokiej jakości oferowanego podłoża oraz zestawu tranzytowego.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia należał do medycznej klasy IIa. Zamawiający dopuszcza dostarczenie wraz z ofertą badania producenta wykazującego zmianę ilości jednostek tworzących kolonię wzorcową dla min. 10 klinicznie spotykanych mikroorganizmów w okresie do 72 godzin od pobrania w temp. Lodówkowej i pokojowej*

**Pytanie nr 5 - dot. Pakietu nr 88 poz. 1, 2 oraz Pakiet nr 90 poz. 1, 2**

Czy Zamawiający wymaga wyrobów sterylnych radiacyjnie (sterile-R) czy dopuszcza wyroby aseptyczne lub sterylizowane gazowo?

**Odpowiedź:**

*Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów sterylnych radiacyjnie (sterile-R).*

**Pytanie nr 6 - dotyczy pakietu nr 33**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie do odrębnego pakietu, rurek tracheostomijnych z mankietem niskociśnieniowym oraz rurek Robert Show, opisanych w tabeli drugiej w pozycjach od 1 do 4 - Rurki tracheostomijne z mankietem niskociśnieniowym? Decyzja Zamawiającego o wydzieleniu opisanego asortymentu pozwoli na przedstawienie oferty korzystnej jakościowo i cenowo na asortyment opisany w tej pozycji.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający wydziela z pakietu nr 33 rurki tracheostomijne z mankietem niskociśnieniowym do osobnego pakietu i tworzy z niego „Pakiet nr 33 – Rurki tracheostomijne z mankietem niskociśnieniowym – MODYFIKACJA” i „Pakiet nr 100 – Rurki tracheostomijne z mankietem niskociśnieniowym – MODYFIKACJA”(rurki Robert Show- poz. 1-4)*

*Jednocześnie ustala wartość wadium dla:*

*- Pakietu nr 33 – 171,00 zł.*

*- Pakietu nr 100 – 376,00 zł.*

*Zmianie ulega ją zapisy SIWZ i przyjmują brzmienie:*

*Rozdział III, ust. 1.*

*Pakiet nr 100 – Rurki tracheostomijne z mankietem niskociśnieniowym*

*ust.2. Rodzaj, minimalne parametry techniczno - użytkowe oraz ilości określają formularze asortymentowo – cenowe nr 1.1 ÷ 1.100 stanowiące załączniki do formularza ofertowego.*

*Rozdział IV*

*1.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – 100 części. Za część należy rozumieć „pakiet”.*

*Rozdział XI. ust. 3 pkt. 1) ppk.b)*

*b)formularzy asortymentowo – cenowych (załącznik nr 1.1 - 1.100*

*Rozdział XIII ust. 4*

*4.Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zawarte w formularzu asortymentowo – cenowym stanowiącym załączniki nr 1.1-1.100 do SIWZ.*

*Załączniki do SIWZ.*

*Załącznik nr 1.1 – 1.100 – formularze asortymentowo – cenowe.*

Powyższa informacja stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Załączniki:

- 1) Pakiet nr 16 – Zestawy do punkcji – MODYFIKACJA
- 2) Pakiet nr 99 – Zestawy do punkcji opłucnej i otrzewnej z cewnikiem typu Pig-Tail - MODYFIKACJA”
- 3) Pakiet nr 33 - Rurki tracheostomijne z mankietem niskociśnieniowym – MODYFIKACJA”
- 4) Pakiet nr 100 - Rurki tracheostomijne z mankietem niskociśnieniowym – MODYFIKACJA”

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA  
Z-ca DYREKTORA  
ds. Finansów i Administracji

*mgr inż. Jadwiga Raziuk*

Załącznik nr 1.16  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/FZ-17/2015

.....  
pieczęćka nagłówek Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
**Pakiet 16 - Zestawy do punkcji - MODYFIKACJA**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zestawy do punkcji optycznej z 3 igłami punkcyjnymi	szt.	250							

**Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych**

- 1) worek o pojemności 2 l z podziałką i zastawką antyzwrotną
- 2) 3 igły o roz. 14, 16, 18/19 G d. min. 80 mm
- 3) strzykawka o poj 50/60 ml ze skalą
- 4) kranik trójdrożny

słownie brutto: .....

data:

.....  
(podpis i pieczęćka imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.99  
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
Szp/FZ-17/2015

.....  
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
**Pakiet 99 - Zestawy do punkcji MODYFIKACJA**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zestawy do punkcji oplucnej z 3 igłami punkcyjnymi	szt.	250							

**Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych**

- 1) worek o pojemności 2 l z podziałką i zastawką antyzwrotną
- 2) 3 igły o roz. 14, 16, 18/19 G d. min. 80 mm
- 3) strzykawka o poj 50/60 ml ze skalą
- 4) kranik trójdrożny

słownie brutto: .....

data:

.....  
(podpis i pieczęćka imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
**Pakiet 33 - Rurki tracheostomijne z mankietem niskociśnieniowym - MODYFIKACJA**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	rurka tracheostomijna w rozmiarach od 3 do 10 CH co 0,5 CH	szt	500							

**Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych**

- 1) rurka wykonana z delikatnego, termoplastycznego materiału
- 2) atraumatyczne zakończenie, nitka radiacyjna wzdłuż całej długości rurki
- 3) cienka ścianka mankieta max. 50 mikronów, dostawany do niskich ciśnień, wysokobjętościowy (ok. 1,5 średnicy tchawicy)
- 4) możliwość regulacji położenia kohnierza
- 5) oznaczenie rozmiaru na kohnierzu rurki
- 6) opakowanie folia - papier

słownie brutto: .....

data:

.....  
(podpis i pieczęćka imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....  
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
**Pakiet 100 - Rurki tracheostomijne z mankietem niskociśnieniowym - MODYFIKACJA**

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	rurka tracheostomijna w rozmiarach od 7 do 10 z odsysaniem z przestrzeni podgłośnia co 0,5 CH	szt	300							
2	rurka tracheostomijna w rozmiarach od 7 do 10 z regulowanym położeniem kołnierza co 1,0 CH	szt	60							
3	rurka dooskrzelowa typu Robert Show z mankietem niskociśnieniowym Soft-Seal - PRAWA- rozm. 35 F - 41 F	szt	20							
4	rurka dooskrzelowa typu Robert Show z mankietem niskociśnieniowym Soft-Seal - LEWA- rozm. 35 F - 41 F	szt	20							

**Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych**

**Poz. 1**

- 1) rurka wykonana z delikatnego, termoplastycznego materiału
- 2) mankiet miękki, cienkościenny, niskociśnieniowy
- 3) system ograniczenia wzrostu ciśnienia wewnątrz mankieta typu Soft Seal
- 4) balonik kontrolny wyraźnie wskazujący na wypełnienie mankieta - płaski przed wypełnieniem
- 5) na baloniku kontrolnym oznaczenie rozmiaru rurki, rodzaju i średnicy mankieta
- 6) kołnierz rurki przeźroczysty, elastyczny, z oznakowaniem rozmiaru i długości rurki
- 7) samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie lub wymianę rurki

**Poz. 2**

- 1) rurka wykonana z mieszaniny silikonu i termoplastycznego materiału
- 2) mankiet miękki, cienkościenny, niskociśnieniowy
- 3) system ograniczenia wzrostu ciśnienia wewnątrz mankieta typu Soft Seal
- 4) balonik kontrolny wyraźnie wskazujący na wypełnienie mankieta - płaski przed wypełnieniem
- 5) na baloniku kontrolnym oznaczenie rozmiaru rurki, rodzaju i średnicy mankieta
- 6) regulowane położenie kołnierza z mechanizmem blokującym, umożliwiającym przesuwanie kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360°