



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dnia 21.05.2015 r.

Szp/FZ- 20/ 20A /2015

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „Dostawę klipsownic i narzędzi do diatermii”

Pytanie Nr 1 – dotyczy Pakietu nr 5

Wnosimy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej w pozycji 1, poprzez zastąpienie zapisu „średnica 10 mm” zapisem – średnica 5 mm. Klipsownice laparoskopowe do klipsów polimerowych w rozmiarze M/L są kompatybilne z trokami 5 mm.

Odpowiedź Nr 1

Zamawiający informuje iż poprawia omyłkę pisarską w pakiecie nr 5 poz. 1. Winno być: „Klipsownica laparoskopowa, średnica 5 mm (...)”.

Powyższa informacja stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

DYREKTOR SZPITALA

prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz

— 4 —