



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Wrocław, dnia 21.05.2015 r.

Szp/FZ- 20/292 /2015

## INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „Dostawę klipsownic i narzędzi do diatermii”

**Pytanie Nr 1** – dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wielorazowy instrument do zamykania naczyń do 7mm, o długości 260 mm, zagięty, końcówka w osłonie ceramicznej, połączony na stałe z kablem długości 4m, kompatybilny z gniazdem MF diatermii typ VIO300D?

**Odpowiedź Nr 1**

*Zamawiający dopuszcza zaferowanie w pakiecie nr 2 poz. 2 wielorazowy instrument do zamykania naczyń do 7mm, o długości 260 mm, zagięty, końcówka w osłonie ceramicznej, połączony na stałe z kablem długości 4m, kompatybilny z gniazdem MF diatermii typ VIO300D.*

**Pytanie Nr 2** – dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wielorazową pęsetę prostą o długości 195 mm, końcówka 1 mm z kablem?

**Odpowiedź Nr 2**

*Zamawiający dopuszcza zaferowanie w pakiecie nr 3 poz. 1 wielorazową pęsetę prostą o długości 195 mm, końcówka 1mm z kablem.*

Powyższa informacja stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

DYREKTOR SZPITALA  
prof. dr hab. Wiesław Wyklicz