



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dnia 22.05.2015 r.

Szp/FZ- 20/ 295 /2015

INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „Dostawę klipsownic i narzędzi do diatermii”

Pytanie Nr 1 – dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie klipsownic polimerowych o długości roboczej 33 cm bez kanału płuczącego, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź Nr 1

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 5 poz. 1-3 klipsownic o długości roboczej 33 cm. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 2 – dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie klipsownicy laparoskopowej ML, o średnicy 5 mm pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź Nr 2

Zamawiający informuje iż udzielił odpowiedzi w Informacji nr 1.

Powyższa informacja stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk