



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dn. 29.05.2015r.

Szp/FZ/Spr-115/311 / 2015

INFORMACJA NR 1 DLA UCZESTNIKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę przedmiotów różnych – nr sprawy Szp/FZ/Spr-115/ /2015

Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 4

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie przenośnika taśmowo – rolkowego o długości 64 cm, spełniającego pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź ad 1

Zamawiający dopuszcza przenośnik taśmowo – rolkowy o długości 64 cm.

Pytanie nr 2

POZ. 1 Czy Zamawiający dopuści Przenośnik taśmowo - rolkowy do przemieszczania chorych z niżej wymienionych :

1. minimalny udźwig -130 kg długość 76 cm szerokość 34 cm
 2. minimalny udźwig -130 kg długość 110 cm szerokość 57,5 cm
 3. minimalny udźwig -130 kg długość 110 cm szerokość 48,5 cm
 4. minimalny udźwig -130 kg długość 110 cm szerokość 39,5 cm
- pozostałe parametry zgodnie z opisem

Odpowiedź ad 2

Zamawiający dopuszcza przenośnik taśmowo – rolkowy o długości 76 cm szerokości 34 cm i udźwigu 130 kg.

Pytanie nr 3

dotyczy pakietu nr 3

Zwracam się z uprzejmą prośbą dotyczy przetargu na dostawę materiałów Nr sprawy Szp/FZ/Spr-115/2015 pakiet nr 3 stanowisko do pobierania krwi: Czy Zamawiający dopuści stanowisko do pobierania krwi :

-możliwością zmiany podłokietnika o kat 180 oraz zmiany położenia zintegrowanego z siedziskiem oparcia o kat 90, możliwość regulacji podłokietnika do wzrostu pacjenta. Oparcie i siedzisko i podłokietnik wykonany z płyty wiórowej obitej pianką poliuretanowym i obszyte materiałem skóropodobnym zmywalnym o wymiarach:

Całkowita szerokość: 890 mm

Całkowita długość: 805 mm

Szerokość podstawy: 700 mm

Długość podstawy: 705 mm

Całkowita wysokość: 825 mm

Masa stanowiska: 17

Dopuszczalne obciążenie: 120 kg

oraz czy dopuszczą Państwo stanowisko do pobierania krwi o wymiarach:

Całkowita szerokość: 606 mm

Całkowita długość: 805 mm

Szerokość podstawy: 606 mm

Długość podstawy: 705 mm

Całkowita wysokość: 825 mm

Masa stanowiska: 14,3

Dopuszczalne obciążenie: 120 kg

reszta wg SIWZ

Odpowiedź ad 3

Zamawiający dopuszcza stanowisko z możliwością zmiany podłokietnika o kat 180 oraz zmiany położenia zintegrowanego z siedziskiem oparcia o kat 90, możliwość regulacji podłokietnika do wzrostu pacjenta. Oparcie i siedzisko i podłokietnik wykonany z płyty wiórowej obitej pianką poliuretanowym i obszyte materiałem skóropodobnym zmywalnym o wymiarach:

Całkowita szerokość: 890 mm

Całkowita długość: 805 mm

Szerokość podstawy: 700 mm

Długość podstawy: 705 mm

Całkowita wysokość: 825 mm

Masa stanowiska: 17

Dopuszczalne obciążenie: 120 kg

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk