



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dnia 29.05.2015 r.

Szp/FZ- 17/ 313 /2015

INFORMACJA NR 16 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „Dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku”

Zamawiający koryguje odpowiedź zawartą w Informacji nr 13 dla Wykonawców na pytanie nr 17, która przyjmuje brzmienie:

Pytanie nr 17- dot. Pakietu 43 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji sterylnej osłony na przewody w rozmiarze 13 x 235 cm złożonej teleskopowo z kartonikiem ułatwiającym zakładanie, która jest aktualnie dostarczana do Państwa jednostki. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 1 w pakiecie 43 sterylnej osłony na przewody w rozmiarze 13 x 235 cm złożonej teleskopowo z kartonikiem ułatwiającym zakładanie.

Powyzsza informacja stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk