



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dnia 08.06.2015 r.

Szp/FZ- 17/ 328 /2015

WYJAŚNIENIE DO INFORMACJI NR 10 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „Dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku”

W związku z udzieleniem niepełnej odpowiedzi na pytanie zadane w dniu 30.04.2015r. w Informacji dla Wykonawców z dnia 21.05.2015r., która brzmi:

Pytanie nr 1 - dot. Pakietu nr 1

1/ *Prosimy o dopuszczenie strzykawek z logo lub nazwą własną producenta na cylindrze.*

Poz. 6,7,8

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu potwierdzenia kompatybilności oferowanych strzykawek z pompami w postaci oświadczenia producenta pomp. Strzykawki kompatybilne i zalecane do stosowania przez producentów pomp są wymienione w instrukcjach obsługi pomp, które znajdują się w posiadaniu użytkowników.

2) *Pozycja 1,3,4,5,*

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych sterylnych z białym tłem i przezroczystym cylindrem, ze skalą na cylindrze odpowiadającą skali nominalnej strzykawki. Pragniemy nadmienić, że norma PN-EN ISO 7886-1 nie narzuca obowiązku posiadania przez strzykawki rozszerzonej skali. Obecny opis ogranicza złożenie ofert większej liczbie wykonawców, tym bardziej że w pozostałych pozycjach nie ma takiego wymogu.

Odpowiedź:

Ad. 1. Zamawiający uznaje wpis do instrukcji obsługi pompy jako równoznaczny z oświadczeniem producenta pomp o kompatybilności strzykawek z pompą.

Ad. 2. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

Zamawiający wyjaśnia, że w Informacji dla Wykonawców nr 6 z dnia 15.05.2015r. w odpowiedzi na pytanie nr 5, wyjaśnił, że: „na cylindrze strzykawki na znajdować się logo lub nazwa producenta oraz nazwa własna strzykawki” i stanowiska swojego nie zmienił.

Powyższa informacja stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk