



Wrocław, dn. 21.07.2015 r.

Szp/FZ- 221/WROVASC/1801 2015

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW dotyczy pakietu nr 6 i 17

Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę drobnego wyposażenia laboratoryjnego oraz materiałów i surowców w tym: odczynniki, leki i inne materiały.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe zapytanie:

Pytanie nr 1 – dot. pak. Nr 6

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuszcza końcówki pakowane po 10 x 96 sztuk z zachowaniem pozostałych parametrów?

Pytanie nr 2 – dot. pakietu nr 6

Czy Zamawiający w pozycji nr 5 dopuszcza próbki pakowane po 500 sztuk z zachowaniem pozostałych wymagań?

Pytanie nr 3 – dot. pakietu nr 6

Czy Zamawiający w pozycji 5 wymaga bezwzględnie, aby maksymalne wirowanie probówek wynosiło 230000g?

Pytanie nr 4 – dot. pakietu nr 17

W pozycji nr 1 Zamawiający podał 10 ml jako wielkość opakowania. Z podanego nr katalogowego P4850-5ML wynika, iż wielkość opakowania wynosi 5ml. Proszę o precyzowanie wymaganej ilości opakowania.

Pytanie nr 5 – dot. pakietu nr 17

W pozycji nr 15 został błędnie podany nr katalogowy BCA1, gdyż dotyczy on pozycji nr 14. Proszę o podanie prawidłowego nr katalogowego.



Pytanie nr 6 – dot. Umowy § 8 pkt. 1.1:

Zamawiający zapisał:

1. „Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

- 1) Za zwłokę w dostarczeniu każdej partii towaru w wysokości 10% wartości brutto dostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę tego zapisu na:

1. „Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

- 1) Za zwłokę w dostarczeniu każdej partii towaru w wysokości 0,2% wartości brutto dostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki”?

Odpowiedź:

Ad. 1. Zamawiający w pakiecie nr 6 w poz. 2 dopuszcza końcówki pakowane po 10 x 96 sztuk, z zachowaniem pozostałych wymagań.

Ad. 2. Zamawiający w pakiecie nr 6 w poz. 5 dopuszcza próbówki pakowane po 500 sztuk z zachowaniem pozostałych wymagań.

Ad. 3. Zamawiający w pakiecie nr 6 w poz. 5 dopuszcza próbówki, w których wirowanie może odbywać się z siłą dośrodkową większą niż 23000 g.


Ad. 4. W pakiecie nr 17 Zamawiający wymaga produktu o nr kat. P4850-5ML i wielkości opakowania 5ml. Zamawiający wymaga zaoferowania 2 opakowań x 5 ml = 10ml.

Ad. 5. Zamawiający koryguje i wyjaśnia, że dla pozycji 14 w pakiecie nr 17 numer katalogowy to BCA-1KT, a dla pozycji 15 pakietu nr 17 numer katalogowy to: F7648-50EA.

Ad. 6. Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w § 8 pkt. 1.1 projektu umowy.

Powyższe stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

DYREKTOR / SZPITALA


prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz

... 8 -