



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dnia 06.08.2015 r.

Szp/FZ- 26/543 /2015

INFORMACJA NR 4 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „Dostawę łóżek szpitalnych”

Pytanie nr 1 - dotyczą Zadania 2

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne bez sygnalizacji podłączenia do sieci?
2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z wypełnionym panelami tworzywowymi z płyty HPL łatwymi w dezynfekcji?
3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z leżem wypełnionym panelami mocowanymi na stałe?
4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty wyjmowane od strony nóg i głowy pewnie posadowione w gniazdach w ramie bez potrzeby stosowania dodatkowych blokad przed wypadnięciem w trakcie transportu?
5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z regulacją wysokości leża w zakresie od 350 do 810 mm? Oferowany zakres regulacji jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.
6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z regulacją części nożnej w zakresie do 44 stopni? Oferowany zakres jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.
7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające zaawansowaną funkcję autoregresji wykonującą ruch odsuwania się segmentu plecowego oraz uda nie tylko do tyłu ale i do góry (ruch po łuku/okręgu) podczas podnoszenia segmentów, jednak bez systemu teleskopowego tzw. funkcji „Ergoframe” której nazwa używana jest przez firmę KONKRET w oferowanych przez nią łóżkach?
8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z możliwością regulacji pozycji Trendelenburga do 18 stopni? Oferowany parametr jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.
9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z możliwością regulacji pozycji anty-Trendelenburga do 18 stopni? Oferowany parametr jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.
10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone pilot przewodowy z jedną diodą informującą o stanie blokady funkcji oraz w panel sterowania posiadający specjalne piktogramy wskazujące obecny stan blokady funkcji elektrycznych łóżka, zamiast rozwiązania diodowego? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego w SIWZ z uwagi na jego bezawaryjność, przy zastosowaniu tylko diod - w przypadku przepalenia diody wskaźnika operator nie będzie w stanie wizualnie ustalić stanu blokady.
11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z zabezpieczeniem przed nieświadomym uruchomieniem funkcji na pilocie poprzez konieczność aktywowania pilota za pomocą specjalnego kluczyka oraz z panelem sterowania z zabezpieczeniem przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji? Oferowane rozwiązanie jest równoważne do opisanego w SIWZ.
12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające panel centralny bez systemu odłączenia wszelkich regulacji po 180 sekundach nieużywania regulacji, jednak posiadający

- zabezpieczenie w postaci pokrywy oraz system dezaktywujący pilot przewodowy po upływie ok. 60 sek. nieużywania z koniecznością świadomego ponownego uruchomienia regulacji?
13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne bez przycisku bezpieczeństwa STOP?
 14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w poręcze boczne o wysokości 37 cm?
 15. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyposażenia łóżka w postaci stolika przyłóżkowego typu „przyjaciel” nie będące sprzętem medycznym tym samym posiadającym stawkę VAT w wysokości 23% oraz bez deklaracji zgodności CE?
 16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą konstrukcję lekką, kontenerową wykonaną z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej lakierem proszkowym? Oferowane rozwiązanie jest trwalsze od opisanego w SIWZ.
 17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą następujące wymiary: szerokość 510 mm oraz głębokość 400 mm?
 18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą blat wykonany z estetycznej płyty HPL z możliwością wyboru jej koloru, odpornej na uszkodzenia mechaniczne, środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV?
 19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą czoła szuflad i drzwiczek wyposażone w ergonomiczne i łatwe do pochwylenia uchwyty do otwierania lekko wystające poza obrys szafki?
 20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą uchwyty na ręczniki umieszczone na dwóch bokach szafki bez możliwości ich składania do korpusu szafki?

Odpowiedź Nr 1

- Ad. 1. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 2. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 3. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 4. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 5. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 2 łóżka z regulacją wysokości leża w zakresie 350 – 810 mm. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
- Ad. 6. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 2 łóżka z regulacją części nożnej w zakresie do 44 stopni. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
- Ad. 7. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 8. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 2 łóżka z regulacją elektryczną pozycji Trendelenburga 18°. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
- Ad. 9. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 2 łóżka z regulacją elektryczną pozycji anty-Trendelenburga 18°. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
- Ad. 10. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 11. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 12. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 13. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 14. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 15. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 16. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 17. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 2 szafki przyłóżkowej o szerokości 510 mm oraz głębokości 400 mm. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
- Ad. 18. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 19. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 20. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.

Pytanie nr 2 - dotyczą Zadania 3

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne bez sygnalizacji podłączenia do sieci?
2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z wypełnionym panelami tworzywowymi z płyty HPL łatwymi w dezynfekcji?
3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z leżem wypełnionym panelami mocowanymi na stałe?

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne przystosowane do montażu barierki bocznych bez stosowania dodatkowych protektorów?
5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w barierki boczne zabezpieczające pacjenta na całej długości leża bez potrzeby stosowania dodatkowych protektorów?
6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty wyjmowane od strony nóg i głowy pewnie posadowione w gniazdach w ramie bez potrzeby stosowania dodatkowych blokad przed wypadnięciem w trakcie transportu?
7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w pilot przewodowy dla pacjenta bez podświetlanych przycisków i latarki?
8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z regulacją wysokości leża w zakresie od 350 do 810 mm? Oferowany zakres regulacji jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.
9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z regulacją części nożnej w zakresie do 44 stopni? Oferowany zakres jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.
10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające zaawansowaną funkcję autoregresji wykonującą ruch odsuwania się segmentu plecowego oraz uda nie tylko do tyłu ale i do góry (ruch po łuku/okręgu) podczas podnoszenia segmentów, jednak bez systemu teleskopowego tzw. funkcji „Ergoframe” której nazwa używana jest przez firmę KONKRET w oferowanych przez nią łóżkach?
11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z możliwością regulacji pozycji Trendelenburga do 18 stopni? Oferowany parametr jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.
12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z możliwością regulacji pozycji anty-Trendelenburga do 18 stopni? Oferowany parametr jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.
13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone pilot przewodowy z jedną diodą informującą o stanie blokady funkcji oraz w panel sterowania posiadający specjalne piktogramy wskazujące obecny stan blokady funkcji elektrycznych łóżka, zamiast rozwiązania diodowego? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego w SIWZ z uwagi na jego bezawaryjność, przy zastosowaniu tylko diod - w przypadku przepalenia diody wskaźnika operator nie będzie w stanie wizualnie ustalić stanu blokady.
14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne bez alarmu dźwiękowego informującego o próbie użycia zablokowanej funkcji łóżka?
15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z zabezpieczeniem przed nieświadomym uruchomieniem funkcji na pilocie poprzez konieczność aktywowania pilota za pomocą specjalnego kluczyka oraz z panelem sterowania z zabezpieczeniem przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji? Oferowane rozwiązanie jest równoważne do opisanego w SIWZ.
16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające panel centralny bez systemu odłączenia wszelkich regulacji po 180 sekundach nieużywania regulacji, jednak posiadający zabezpieczenie w postaci pokrywy oraz system dezaktywujący pilot przewodowy po upływie ok. 60 sek. nieużywania z koniecznością świadomego ponownego uruchomienia regulacji?
17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne bez przycisku bezpieczeństwa STOP?
18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w poręczki boczne o wysokości 37 cm?
19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w barierki boczne wyposażone w mechanizm z systemem blokady umożliwiającym ich odblokowanie – składanie i rozkładanie za pomocą jednej ręki?
20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w poręczki boczne z mechanizmem do ich składania oraz rozkładania łatwo dostępnym, wbudowanym w ukośną poprzeczkę/wspornik w dolnej części poręczki?
21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w materac szpitalny przeciwdrożdżynowy prewencyjny, wykonany z pianki poliuretanowej nacinanej, zapewniającej lepszą wentylację skóry pacjenta w miejscu stuku z powierzchnią materaca, posiadający pokrycie wykonane z materiału nie przepuszczającego płynów infuzyjnych a przepuszczającego powietrze?
22. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w 4 haczyki na worki urologiczne zamiast listwy?

23. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą konstrukcję lekką, kontenerową wykonaną z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej lakierem proszkowym? Oferowane rozwiązanie jest trwalsze od opisanego w SIWZ.
24. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą następujące wymiary: szerokość 510 mm oraz głębokość 400 mm?
25. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą blat wykonany z estetycznej płyty HPL z możliwością wyboru jej koloru, odpornej na uszkodzenia mechaniczne, środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV?
26. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą czoła szuflad i drzwiczek wyposażone w ergonomiczne i łatwe do pochwylenia uchwyty do otwierania lekko wystające poza obrys szafki?
27. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą uchwyty na ręczniki umieszczone na dwóch bokach szafki bez możliwości ich składania do korpusu szafki?
28. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową wyposażoną w dodatkowy chowany do boku szafki blat boczny z przeznaczeniem np. do pisania lub jako miejsce na gazety, książki itp.?
29. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową wyposażoną w koła o średnicy 50 mm?

Odpowiedź Nr 2

- Ad. 1. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 2. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 3. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 4. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 5. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 3 łóżko szpitalne wyposażone w barierki boczne zabezpieczające pacjenta na całej długości leża bez potrzeby stosowania dodatkowych protektorów. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
- Ad. 6. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 7. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 8. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 3 łóżka z regulacją wysokości leża w zakresie 350 – 810 mm. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
- Ad. 9. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 3 łóżka z regulacją części nożnej w zakresie do 44 stopni. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
- Ad. 10. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 11. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 3 łóżka z regulacją elektryczną pozycji Trendelenburga 18°. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
- Ad. 12. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 3 łóżka z regulacją elektryczną pozycji anty-Trendelenburga 18°. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
- Ad. 13. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 14. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 15. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 16. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 17. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 18. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 19. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 3 łóżka szpitalnego wyposażonego w barierki boczne wyposażone w mechanizm z systemem blokady umożliwiającym ich odblokowanie – składanie i rozkładanie za pomocą jednej ręki. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
- Ad. 20. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 21. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 3 łóżka szpitalnego wyposażonego w materac szpitalny przeciwoleżynowy prewencyjny, wykonany z pianki poliuretanowej nacinanej, zapewniającej lepszą wentylację skóry pacjenta w miejscu styku z powierzchnią materaca, posiadający pokrycie wykonane z materiału nie przepuszczającego płynów infuzyjnych a przepuszczającego powietrze. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
- Ad. 22. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 23. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.

- Ad. 24. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 3 szafki przyłóżkowej o szerokości 510 mm oraz głębokości 400 mm. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
- Ad. 25. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 26. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 27. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 28. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 3 szafki przyłóżkowej wyposażonej w dodatkowy chowany do boku szafki blat boczny z przeznaczeniem np. do pisania lub jako miejsce na gazety, książki itp. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
- Ad. 29. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.

Pytanie nr 3 - dotyczą Zadania 4

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne bez sygnalizacji podłączenia do sieci?
2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z wypełnionym panelami tworzywowymi z płyty HPL łatwymi w dezynfekcji?
3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z leżem wypełnionym panelami mocowanymi na stałe?
4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne przystosowane do montażu barierek bocznych bez stosowania dodatkowych protektorów? Dotyczy punktu 5 oraz 26 tabeli technicznej.
5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w barierki boczne zabezpieczające pacjenta na całej długości leża bez potrzeby stosowania dodatkowych protektorów? Dotyczy punktu 5 oraz 26 tabeli technicznej.
6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty wyjmowane od strony nóg i głowy pewnie posadowione w gniazdach w ramie bez potrzeby stosowania dodatkowych blokad przed wypadnięciem w trakcie transportu?
7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w pilot przewodowy dla pacjenta bez podświetlanych przycisków i latarki?
8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z regulacją wysokości leża w zakresie od 350 do 810 mm? Oferowany zakres regulacji jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.
9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z regulacją części nożnej w zakresie do 44 stopni? Oferowany zakres jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.
10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające zaawansowaną funkcję autoregresji wykonującą ruch odsuwania się segmentu plecowego oraz uda nie tylko do tyłu ale i do góry (ruch po łuku/okręgu) podczas podnoszenia segmentów, jednak bez systemu teleskopowego tzw. funkcji „Ergoframe” której nazwa używana jest przez firmę KONKRET w oferowanych przez nią łóżkach?
11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z możliwością regulacji pozycji Trendelenburga do 18 stopni? Oferowany parametr jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.
12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z możliwością regulacji pozycji anty-Trendelenburga do 18 stopni? Oferowany parametr jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.
13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone pilot przewodowy z jedną diodą informującą o stanie blokady funkcji oraz w panel sterowania posiadający specjalne piktogramy wskazujące obecny stan blokady funkcji elektrycznych łóżka, zamiast rozwiązania diodowego? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego w SIWZ z uwagi na jego bezawaryjność, przy zastosowaniu tylko diod - w przypadku przepalenia diody wskaźnika operator nie będzie w stanie wizualnie ustalić stanu blokady.
14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne bez alarmu dźwiękowego informującego o próbie użycia zablokowanej funkcji łóżka?
15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z zabezpieczeniem przed nieświadomym uruchomieniem funkcji na pilocie poprzez konieczność aktywowania pilota za pomocą specjalnego kluczyka oraz z panelem sterowania z zabezpieczeniem przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji? Oferowane rozwiązanie jest równoważne do opisanego w SIWZ.
16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające panel centralny bez systemu odłączenia wszelkich regulacji po 180 sekundach nieużywania regulacji, jednak posiadający zabezpieczenie w postaci pokrywy oraz system dezaktywujący pilot przewodowy po upływie ok. 60 sek. nieużywania z koniecznością świadomego ponownego uruchomienia regulacji?

17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne bez przycisku bezpieczeństwa STOP?
18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w poręcze boczne o wysokości 37 cm?
19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w barierki boczne wyposażone w mechanizm z systemem blokady umożliwiającym ich odblokowanie – składanie i rozkładanie za pomocą jednej ręki?
20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w poręcze boczne z mechanizmem do ich składania oraz rozkładania łatwo dostępnym, wbudowanym w ukośną poprzeczkę/wspornik w dolnej części poręczy?
21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w materac szpitalny przeciwdrobnoustrojowy prewencyjny, wykonany z pianki poliuretanowej nacinanej, zapewniającej lepszą wentylację skóry pacjenta w miejscu stuku z powierzchnią materaca, posiadający pokrycie wykonane z materiału nie przepuszczającego płynów infuzyjnych a przepuszczający powietrze?
22. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w 4 haczyki na worki urologiczne zamiast listwy?
23. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą konstrukcję lekką, kontenerową wykonaną z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej lakierem proszkowym? Oferowane rozwiązanie jest trwalsze od opisanego w SIWZ.
24. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą następujące wymiary: szerokość 510 mm oraz głębokość 400 mm?
25. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą blat wykonany z estetycznej płyty HPL z możliwością wyboru jej koloru, odpornej na uszkodzenia mechaniczne, środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV?
26. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą czola szuflad i drzwiczek wyposażone w ergonomiczne i łatwe do pochwycenia uchwyty do otwierania lekko wystające poza obrys szafki?
27. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą uchwyty na ręczniki umieszczone na dwóch bokach szafki bez możliwości ich składania do korpusu szafki?
28. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową wyposażoną w dodatkowy chowany do boku szafki blat boczny z przeznaczeniem np. do pisania lub jako miejsce na gazety, książki itp.?
29. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową wyposażoną w koła o średnicy 50 mm?

Odpowiedź Nr 3

- Ad. 1. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 2. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 3. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 4. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 5. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 6. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 7. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 8. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 4 łóżka z regulacją wysokości leża w zakresie 350 – 810 mm. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
- Ad. 9. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 4 łóżka z regulacją części nożnej w zakresie do 44 stopni. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
- Ad. 10. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 11. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 4 łóżka z regulacją elektryczną pozycji Trendelenburga 18°. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
- Ad. 12. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 4 łóżka z regulacją elektryczną pozycji anty-Trendelenburga 18°. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
- Ad. 13. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 14. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 15. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 16. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 17. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 18. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.

- Ad. 19. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 4 łóżka szpitalnego wyposażonego w barierki boczne wyposażone w mechanizm z systemem blokady umożliwiającym ich odblokowanie – składanie i rozkładanie za pomocą jednej ręki. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
- Ad. 20. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 21. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 4 łóżka szpitalnego wyposażonego w materac szpitalny przeciwoleżynowy przewencyjny, wykonany z pianki poliuretanowej nacinanej, zapewniającej lepszą wentylację skóry pacjenta w miejscu styku z powierzchnią materaca, posiadający pokrycie wykonane z materiału nie przepuszczającego płynów infuzyjnych a przepuszczającego powietrze. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
- Ad. 22. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 23. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 24. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 4 szafki przyłóżkowej o szerokości 510 mm oraz głębokości 400 mm. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
- Ad. 25. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 26. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 27. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 28. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 4 szafki przyłóżkowej wyposażonej w dodatkowy chowany do boku szafki blat boczny z przeznaczeniem np. do pisania lub jako miejsce na gazety, książki itp. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
- Ad. 29. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.

Pytanie nr 4 - dotyczą Zadania 5

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne bez sygnalizacji podłączenia do sieci?
2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z wypełnionym panelami tworzywowymi z płyty HPL łatwymi w dezynfekcji?
3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z leżem wypełnionym panelami mocowanymi na stałe?
4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne przystosowane do montażu barierki bocznych bez stosowania dodatkowych protektorów? Dotyczy punktu 5 oraz 26 tabeli technicznej.
5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w barierki boczne zabezpieczające pacjenta na całej długości leża bez potrzeby stosowania dodatkowych protektorów? Dotyczy punktu 5 oraz 26 tabeli technicznej.
6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty wyjmowane od strony nóg i głowy pewnie posadowione w gniazdach w ramie bez potrzeby stosowania dodatkowych blokad przed wypadnięciem w trakcie transportu?
7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w pilot przewodowy dla pacjenta bez podświetlanych przycisków i latarki?
8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z regulacją wysokości leża w zakresie od 350 do 810 mm? Oferowany zakres regulacji jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.
9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z regulacją części nożnej w zakresie do 44 stopni? Oferowany zakres jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.
10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające zaawansowaną funkcję autoregresji wykonującą ruch odsuwania się segmentu plecowego oraz uda nie tylko do tyłu ale i do góry (ruch po łuku/okręgu) podczas podnoszenia segmentów, jednak bez systemu teleskopowego tzw. funkcji „Ergoframe” której nazwa używana jest przez firmę KONKRET w oferowanych przez nią łóżkach?
11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z możliwością regulacji pozycji Trendelenburga do 18 stopni? Oferowany parametr jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.
12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z możliwością regulacji pozycji anty-Trendelenburga do 18 stopni? Oferowany parametr jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.
13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone pilot przewodowy z jedną diodą informującą o stanie blokady funkcji oraz w panel sterowania posiadający specjalne piktogramy wskazujące obecny stan blokady funkcji elektrycznych łóżka, zamiast rozwiązania diodowego? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego w SIWZ z uwagi na jego bezawaryjność,

przy zastosowaniu tylko diod - w przypadku przepalenia diody wskaźnika operator nie będzie w stanie wizualnie ustalić stanu blokady.

14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne bez alarmu dźwiękowego informującego o próbie użycia zablokowanej funkcji łóżka?
15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z zabezpieczeniem przed nieświadomym uruchomieniem funkcji na pilocie poprzez konieczność aktywowania pilota za pomocą specjalnego kluczyka oraz z panelem sterowania z zabezpieczeniem przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji? Oferowane rozwiązanie jest równoważne do opisanego w SIWZ.
16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające panel centralny bez systemu odłączenia wszelkich regulacji po 180 sekundach nieużywania regulacji, jednak posiadający zabezpieczenie w postaci pokrywy oraz system dezaktywujący pilot przewodowy po upływie ok. 60 sek. nieużywania z koniecznością świadomego ponownego uruchomienia regulacji?
17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne bez przycisku bezpieczeństwa STOP?
18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w poręcze boczne o wysokości 37 cm?
19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne w których bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów wynosi 230 kg?
20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w bariery boczne wyposażone w mechanizm z systemem blokady umożliwiającym ich odblokowanie – składanie i rozkładanie za pomocą jednej ręki?
21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w poręcze boczne z mechanizmem do ich składania oraz rozkładania łatwo dostępnym, wbudowanym w ukośną poprzeczkę/wspornik w dolnej części poręczy?
22. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w materac szpitalny przeciwdrobnoustrojowy prewencyjny, wykonany z pianki poliuretanowej nacinanej, zapewniającej lepszą wentylację skóry pacjenta w miejscu stuku z powierzchnią materaca, posiadający pokrycie wykonane z materiału nie przepuszczającego płynów infuzyjnych a przepuszczający powietrze?
23. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w materac szpitalny posiadający grubość 12 cm?
24. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w 4 haczyki na worki urologiczne zamiast listwy?
25. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą konstrukcję lekką, kontenerową wykonaną z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej lakierem proszkowym? Oferowane rozwiązanie jest trwalsze od opisanego w SIWZ.
26. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą następujące wymiary: szerokość 510 mm oraz głębokość 400 mm?
27. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą blat wykonany z estetycznej płyty HPL z możliwością wyboru jej koloru, odpornej na uszkodzenia mechaniczne, środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV?
28. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą czoła szuflad i drzwiczek wyposażone w ergonomiczne i łatwe do pochwycenia uchwyty do otwierania lekko wystające poza obrys szafki?
29. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą uchwyty na ręczniki umieszczone na dwóch bokach szafki bez możliwości ich składania do korpusu szafki?
30. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową wyposażoną w dodatkowy chowany do boku szafki blat boczny z przeznaczeniem np. do pisania lub jako miejsce na gazety, książki itp.?
31. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową wyposażoną w koła o średnicy 50 mm?

Odpowiedź Nr 4

- Ad. 1. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.*
- Ad. 2. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.*
- Ad. 3. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.*
- Ad. 4. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.*
- Ad. 5. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.*
- Ad. 6. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.*

- Ad. 7. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 8. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 5 łóżka szpitalnego z regulacją wysokości leża w zakresie 350 – 810 mm. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
- Ad. 9. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 5 łóżka szpitalnego z regulacją części nożnej w zakresie do 44 stopni. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
- Ad. 10. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 11. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 5 łóżka szpitalnego z regulacją elektryczną pozycji Trendelenburga 18°. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
- Ad. 12. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 5 łóżka szpitalnego z regulacją elektryczną pozycji anty-Trendelenburga 18°. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
- Ad. 13. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 14. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 15. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 16. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 17. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 18. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 19. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 5 łóżka szpitalnego w którym bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów wynosi 230 kg. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
- Ad. 20. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 5 łóżka szpitalnego wyposażonego w barierki boczne wyposażone w mechanizm z systemem blokady umożliwiającym ich odblokowanie – składanie i rozkładanie za pomocą jednej ręki. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
- Ad. 21. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 22. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 5 łóżka szpitalnego wyposażonego w materac szpitalny przeciwoleżynowy przewencyjny, wykonany z pianki poliuretanowej nacinanej, zapewniającej lepszą wentylację skóry pacjenta w miejscu styku z powierzchnią materaca, posiadający pokrycie wykonane z materiału nie przepuszczającego płynów infuzyjnych a przepuszczającego powietrze. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
- Ad. 23. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 5 łóżka szpitalnego wyposażonego w materac szpitalny posiadający grubość 12 cm. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
- Ad. 24. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 25. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 26. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 5 szafki przyłóżkowej o szerokości 510 mm oraz głębokości 400 mm. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
- Ad. 27. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 28. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 29. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 30. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 5 szafki przyłóżkowej wyposażonej w dodatkowy chowany do boku szafki blat boczny z przeznaczeniem np. do pisania lub jako miejsce na gazety, książki itp. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
- Ad. 31. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.

Pytanie nr 5 - dotyczą Zadania 6

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne bez sygnalizacji podłączenia do sieci?
2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z wypełnionym panelami tworzywowymi z płyty HPL łatwymi w dezynfekcji?
3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z leżem wypełnionym panelami mocowanymi na stałe?
4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne przystosowane do montażu barierki bocznych bez stosowania dodatkowych protektorów? Dotyczy punktu 5 oraz 26 tabeli technicznej.

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w barierki boczne zabezpieczające pacjenta na całej długości leża bez potrzeby stosowania dodatkowych protektorów? Dotyczy punktu 5 oraz 26 tabeli technicznej.
6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty wyjmowane od strony nóg i głowy pewnie posadowione w gniazdach w ramie bez potrzeby stosowania dodatkowych blokad przed wypadnięciem w trakcie transportu?
7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w pilot przewodowy dla pacjenta bez latarki?
8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z regulacją wysokości leża w zakresie od 350 do 810 mm? Oferowany zakres regulacji jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.
9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z regulacją części nożnej w zakresie do 44 stopni? Oferowany zakres jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.
10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające zaawansowaną funkcję autoregresji wykonującą ruch odsuwania się segmentu plecowego oraz uda nie tylko do tyłu ale i do góry (ruch po łuku/okręgu) podczas podnoszenia segmentów, jednak bez systemu teleskopowego tzw. funkcji „Ergoframe” której nazwa używana jest przez firmę KONKRET w oferowanych przez nią łóżkach?
11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z możliwością regulacji pozycji Trendelenburga do 18 stopni? Oferowany parametr jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.
12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z możliwością regulacji pozycji anty-Trendelenburga do 18 stopni? Oferowany parametr jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.
13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone pilot przewodowy z jedną diodą informującą o stanie blokady funkcji oraz w panel sterowania posiadający specjalne piktogramy wskazujące obecny stan blokady funkcji elektrycznych łóżka, zamiast rozwiązania diodowego? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego w SIWZ z uwagi na jego bezawaryjność, przy zastosowaniu tylko diod - w przypadku przepalenia diody wskaźnika operator nie będzie w stanie wizualnie ustalić stanu blokady.
14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z zabezpieczeniem przed nieświadomym uruchomieniem funkcji na pilocie poprzez konieczność aktywowania pilota za pomocą specjalnego kluczyka oraz z panelem sterowania z zabezpieczeniem przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji? Oferowane rozwiązanie jest równoważne do opisanego w SIWZ.
15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające panel centralny bez systemu odłączenia wszelkich regulacji po 180 sekundach nieużywania regulacji, jednak posiadający zabezpieczenie w postaci pokrywy oraz system dezaktywujący pilot przewodowy po upływie ok. 60 sek. nieużywania z koniecznością świadomego ponownego uruchomienia regulacji?
16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne bez przycisku bezpieczeństwa STOP?
17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w poręcze boczne o wysokości 37 cm?
18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w barierki boczne wyposażone w mechanizm z systemem blokady umożliwiającym ich odblokowanie – składanie i rozkładanie za pomocą jednej ręki?
19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w poręcze boczne z mechanizmem do ich składania oraz rozkładania łatwo dostępnym, wbudowanym w ukośną poprzeczkę/wspornik w dolnej części poręczy?
20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w materac medyczny przeciwdleżynowy prewencyjny jednosekcyjny (wykonany z pianki poliuretanowej o jednakowej gęstości na całej powierzchni) pasywny o dużej sprężystości, o konstrukcji w postaci wycięć w kształcie gofra powodujące równomierny rozkład sił nacisku na powierzchnię ciała pacjenta, niwelując w ten sposób koncentrację nacisku na wystające, najbardziej predysponowane miejsca na powstanie odleżyn, posiadający wysokość 12 cm, , dopasowany do leża łóżka, pokryty pokrowcem materaca zapinany na zamek z listwą chroniącą zamek przed przeciekaniem, wykonany z tkaniny nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej - materiał posiada właściwości barierowe, jest odporny na przesiąkanie krwi, przenikanie cząstek wirusowych i bakterii, wycięcia napowierzchni materaca w połączeniu z paroprzepuszczalną membraną pokrowca zapewniają dobra wentylację między materacem i

powierzchnią ciała pacjenta, zmniejszając poziom wilgoci, przez co ograniczają ryzyko powstawania odleżyn, zamiast materaca opisanego w SIWZ?

21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w 4 haczyki na worki urologiczne zamiast listwy?
22. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą konstrukcję lekką, kontenerową wykonaną z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej lakierem proszkowym? Oferowane rozwiązanie jest trwalsze od opisanego w SIWZ.
23. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą następujące wymiary: szerokość 510 mm oraz głębokość 400 mm?
24. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą blat wykonany z estetycznej płyty HPL z możliwością wyboru jej koloru, odpornej na uszkodzenia mechaniczne, środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV?
25. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą czoła szuflad i drzwiczek wyposażone w ergonomiczne i łatwe do pochwylenia uchwyty do otwierania lekko wystające poza obrys szafki?
26. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą uchwyty na ręczniki umieszczone na dwóch bokach szafki bez możliwości ich składania do korpusu szafki?
27. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową wyposażoną w dodatkowy chowany do boku szafki blat boczny z przeznaczeniem np. do pisania lub jako miejsce na gazety, książki itp.?
28. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową wyposażoną w koła o średnicy 50 mm?

Odpowiedź Nr 5

- Ad. 1. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 2. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 3. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 4. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 5. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 6 pkt. 5 tabeli technicznej łóżka szpitalnego wyposażonego w bariery boczne zabezpieczające pacjenta na całej długości leża bez potrzeby stosowania dodatkowych protektorów. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
- Ad. 6. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 7. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 8. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 6 łóżka szpitalnego z regulacją wysokości leża w zakresie 350 – 810 mm. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
- Ad. 9. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 6 łóżka szpitalnego z regulacją części nożnej w zakresie do 44 stopni. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
- Ad. 10. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 11. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 6 łóżka szpitalnego z regulacją elektryczną pozycji Trendelenburga 18°. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
- Ad. 12. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 6 łóżka szpitalnego z regulacją elektryczną pozycji anti-Trendelenburga 18°. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
- Ad. 13. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 14. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 15. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 16. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 17. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 18. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 6 łóżka szpitalnego wyposażonego w bariery boczne wyposażone w mechanizm z systemem blokady umożliwiającym ich odblokowanie – składanie i rozkładanie za pomocą jednej ręki. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
- Ad. 19. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.
- Ad. 20. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 6 łóżka szpitalnego wyposażonego w materac medyczny przeciwoleżynowy przewencyjny jednosekcyjny (wykonany z pianki poliuretanowej o

jednakowej gęstości na całej powierzchni) pasywny o dużej sprężystości, o konstrukcji w postaci wycięć w kształcie gofra powodujące równomierny rozkład sił nacisku na powierzchnię ciała pacjenta, niwelując w ten sposób koncentrację nacisku na wystające, najbardziej predysponowane miejsca na powstanie odleżyn, posiadający wysokość 12 cm, dopasowany do leża łóżka, pokryty pokrowcem materaca zapinany na zamek z listwą chroniącą zamek przed przeciekaniem, wykonany z tkaniny nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej - materiał posiada właściwości barierowe, jest odporny na przesiąkanie krwi, przenikanie cząstek wirusowych i bakterii, wycięcia napowierzchni materaca w połączeniu z paroprzepuszczalną membraną pokrowca zapewniają dobrą wentylację między materacem i powierzchnią ciała pacjenta, zmniejszają poziom wilgoci, przez co ograniczają ryzyko powstawania odleżyn. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Ad. 21. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.

Ad. 22. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.

Ad. 23. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 6 szafki przyłóżkowej o szerokości 510 mm oraz głębokości 400 mm. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Ad. 24. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.

Ad. 25. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.

Ad. 26. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.

Ad. 27. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 6 szafki przyłóżkowej wyposażonej w dodatkowy chowany do boku szafki blat boczny z przeznaczeniem np. do pisania lub jako miejsce na gazety, książki itp. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Ad. 28. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.

Pytanie nr 6 - dotyczy Zadania 7

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne bez sygnalizacji podłączenia do sieci?
2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z wypełnionym panelami tworzywowymi z płyty HPL łatwymi w dezynfekcji?
3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z leżem wypełnionym panelami mocowanymi na stałe?
4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne przystosowane do montażu barierki bocznej bez stosowania dodatkowych protektorów? Dotyczy punktu 5 oraz 26 tabeli technicznej.
5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w barierki boczne zabezpieczające pacjenta na całej długości leża bez potrzeby stosowania dodatkowych protektorów? Dotyczy punktu 4 oraz 25 tabeli technicznej.
6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty wyjmowane od strony nóg i głowy pewnie posadowione w gniazdach w ramie bez potrzeby stosowania dodatkowych blokad przed wypadnięciem w trakcie transportu?
7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w pilot przewodowy dla pacjenta bez podświetlanych przycisków i latarki?
8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z regulacją wysokości leża w zakresie od 350 do 810 mm? Oferowany zakres regulacji jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.
9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z regulacją części nożnej w zakresie do 44 stopni? Oferowany zakres jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.
10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające zaawansowaną funkcję autoregresji wykonującą ruch odsuwania się segmentu plecowego oraz uda nie tylko do tyłu ale i do góry (ruch po łuku/okręgu) podczas podnoszenia segmentów, jednak bez systemu teleskopowego tzw. funkcji „Ergoframe” której nazwa używana jest przez firmę KONKRET w oferowanych przez nią łóżkach?
11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z możliwością regulacji pozycji Trendelenburga do 18 stopni? Oferowany parametr jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.
12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z możliwością regulacji pozycji anty-Trendelenburga do 18 stopni? Oferowany parametr jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.
13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone pilot przewodowy z jedną diodą informującą o stanie blokady funkcji oraz w panel sterowania posiadający specjalne piktogramy wskazujące obecny stan blokady funkcji elektrycznych łóżka, zamiast rozwiązania diodowego? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego w SIWZ z uwagi na jego bezawaryjność,

przy zastosowaniu tylko diod - w przypadku przepalenia diody wskaźnika operator nie będzie w stanie wizualnie ustalić stanu blokady.

14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne bez alarmu dźwiękowego informującego o próbie użycia zablokowanej funkcji łóżka?
15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z zabezpieczeniem przed nieświadomym uruchomieniem funkcji na pilocie poprzez konieczność aktywowania pilota za pomocą specjalnego kluczyka oraz z panelem sterowania z zabezpieczeniem przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji? Oferowane rozwiązanie jest równoważne do opisanego w SIWZ.
16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające panel centralny bez systemu odłączenia wszelkich regulacji po 180 sekundach nieużywania regulacji, jednak posiadający zabezpieczenie w postaci pokrywy oraz system dezaktywujący pilot przewodowy po upływie ok. 60 sek. nieużywania z koniecznością świadomego ponownego uruchomienia regulacji?
17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne bez przycisku bezpieczeństwa STOP?
18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w poręczę boczne o wysokości 37 cm?
19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne w których bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów wynosi 230 kg?
20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w barierki boczne wyposażone w mechanizm z systemem blokady umożliwiającym ich odblokowanie – składanie i rozkładanie za pomocą jednej ręki?
21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w poręczę boczne z mechanizmem do ich składania oraz rozkładania łatwo dostępnym, wbudowanym w ukośną poprzeczkę/wspornik w dolnej części poręczy?
22. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w materac szpitalny przeciwoodleżynowy prewencyjny, wykonany z pianki poliuretanowej nacinanej, zapewniającej lepszą wentylację skóry pacjenta w miejscu stuku z powierzchnią materaca, posiadający pokrycie wykonane z materiału nie przepuszczającego płynów infuzyjnych a przepuszczającego powietrze?
23. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w materac szpitalny posiadający grubość 12 cm?
24. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w 4 haczyki na worki urologiczne zamiast listwy?
25. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą konstrukcję lekką, kontenerową wykonaną z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej lakierem proszkowym? Oferowane rozwiązanie jest trwalsze od opisanego w SIWZ.
26. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą następujące wymiary: szerokość 510 mm oraz głębokość 400 mm?
27. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą blat wykonany z estetycznej płyty HPL z możliwością wyboru jej koloru, odpornej na uszkodzenia mechaniczne, środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV?
28. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą czoła szuflad i drzwiczek wyposażone w ergonomiczne i łatwe do pochwylenia uchwyty do otwierania lekko wystające poza obrys szafki?
29. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą uchwyty na ręczniki umieszczone na dwóch bokach szafki bez możliwości ich składania do korpusu szafki?
30. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową wyposażoną w dodatkowy chowany do boku szafki blat boczny z przeznaczeniem np. do pisania lub jako miejsce na gazety, książki itp.?
31. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową wyposażoną w koła o średnicy 50 mm?
32. Prosimy Zamawiającego o określenie z jakiego materiału ma zostać wykonany materac przeciwoodleżynowy zmiennociśnieniowy w ilości 7 szt., czy ma to być poliuretan czy PCV?
33. W odniesieniu do zapisów zawartych w punkcie 29 tabeli technicznej, zwracamy się z prośbą o jednoznaczne określenie czy materac przeciwoodleżynowy zmiennociśnieniowy ma jedynie posiadać możliwość wyposażenia w dodatkowy materac podkłady, czy może Zamawiający oczekuje zaoferowania materaca przeciwoodleżynowego wraz z materacem podkładowym.
34. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w ramę ortopedyczną wykonaną ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź Nr 6

- Ad. 1. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.*
- Ad. 2. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.*
- Ad. 3. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.*
- Ad. 4. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.*
- Ad. 5. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.*
- Ad. 6. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.*
- Ad. 7. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.*
- Ad. 8. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 7 łóżka szpitalnego z regulacją wysokości leża w zakresie 350 – 810 mm. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.*
- Ad. 9. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 7 łóżka szpitalnego z regulacją części nożnej w zakresie do 44 stopni. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.*
- Ad. 10. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.*
- Ad. 11. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 7 łóżka szpitalnego z regulacją elektryczną pozycji Trendelenburga 18°. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.*
- Ad. 12. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 7 łóżka szpitalnego z regulacją elektryczną pozycji anti-Trendelenburga 18°. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.*
- Ad. 13. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.*
- Ad. 14. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.*
- Ad. 15. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.*
- Ad. 16. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.*
- Ad. 17. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.*
- Ad. 18. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.*
- Ad. 19. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 7 łóżka szpitalnego w którym bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów wynosi 230 kg. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.*
- Ad. 20. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 7 łóżka szpitalnego wyposażonego w barierki boczne wyposażone w mechanizm z systemem blokady umożliwiającym ich odblokowanie – składanie i rozkładanie za pomocą jednej ręki. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.*
- Ad. 21. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.*
- Ad. 22. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 7 łóżka szpitalnego wyposażonego w materac szpitalny przeciwoleżynowy prewencyjny, wykonany z pianki poliuretanowej nacinanej, zapewniającej lepszą wentylację skóry pacjenta w miejscu styku z powierzchnią materaca, posiadający pokrycie wykonane z materiału nie przepuszczającego płynów infuzyjnych a przepuszczającego powietrze. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.*
- Ad. 23. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 7 łóżka szpitalnego wyposażonego w materac szpitalny posiadający grubość 12 cm. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.*
- Ad. 24. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.*
- Ad. 25. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.*
- Ad. 26. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 7 szafki przyłóżkowej o szerokości 510 mm oraz głębokości 400 mm. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.*
- Ad. 27. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.*
- Ad. 28. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.*
- Ad. 29. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.*
- Ad. 30. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 7 szafki przyłóżkowej wyposażonej w dodatkowy chowany do boku szafki blat boczny z przeznaczeniem np. do pisania lub jako miejsce na gazety, książki itp. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.*
- Ad. 31. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w SIWZ.*

- Ad. 32. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 7 materaca przeciwoleżynowego zmiennociśnieniowego wykonanego z poliuretanu lub z PCV. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.*
- Ad. 33. Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.*
- Ad. 34. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 7 łóżka szpitalnego wyposażonego w ramę ortopedyczną wykonaną ze stali nierdzewnej. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.*

Powyższa informacja stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk