



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ - 33/ 396 /2015

Wrocław, dnia 19.08.2015 r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami do postępowania pn.: „*Dostawa aparatury medycznej różnej*”

Pytanie nr 1 - dotyczy Zadania 14 – laryngoskop do trudnych intubacji

Czy Zamawiający dopuści w Lp. 2 ruchomą łopatkę z demontowalnym światłowodem, zaginaną końcówką łopatki, wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej nadającej się do dezynfekcji i sterylizacji?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga łopatek (łyżek) w rozmiarze 3 i 4? Co w zestawieniu wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych oznacza zapis „(3,5 i 4,5)”?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga łyżek o długości całkowitej: 14,5 cm oraz 17,5 cm (co odpowiada rozm. 3 i 4 lub 3,5 i 4,5 – w zależności od producenta)

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ces DYPLOMATYKA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Rausik