



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dnia 27.08.2015r.

Szp/FZ –38/624/2015

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „dostawę narzędzi endoskopowych dla Oddziału Urologii”

Pytanie nr 1 -dot. punktu nr 1:

Czy zamawiający dopuści kleszczyki długości 42cm.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2 - dot. punktu nr 13:

Czy zamawiający dopuści do przetargu płaszcz 19,8fr. Różnica 0,2fr to 0,5mm praktycznie niezauważalna.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3 - dot. punktu nr 27:

Czy zamawiający dopuści kosz lub pojemnik stalowy o tych samych rozmiarach, lub czy zamawiający dopuści pojemnik stalowy perforowany z mata silikonową 2 poziomy o wymiarze 480 x 250 x 100.

Zamawiający dopuszcza kosz lub pojemnik stalowy o tych samych rozmiarach, dopuszcza również pojemnik stalowy perforowany z matą silikonową 2 poziomy o wymiarze 480 x 250 x 100.

Pytanie nr 4 - dot. punktu nr28:

W opisie znajduje się pomyłka w pozycji 28 oraz 29. Ureterenoskop z pozycji 29 ma maksymalny rozmiar 9,9fr natomiast Ureterenoskop z pozycji 28 12fr. Czy zamawiający zgodzi się na przyjęcie średnicy 12fr w punkcie nr 28 jako maksymalnej zamiast wskazanej 9,5fr?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5 – dot. pozycji nr 29:

Czy zamawiający zgodzi się na uznanie 9,9fr jako średnicy maksymalnej zamiast wskazanej 9,5fr.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6 - dot. punktu nr32:

Czy zamawiający dopuści pompę z podobnym rozwiązaniem jak scb- pilot do sterowania. Moduł scb może mieć tylko pompa Storz (z względów prawnych). W związku z tym nikt inny nie może złożyć oferty na pompę z modułem scb. Dla przypomnienia dodam iż SCB to „storz communication bus” i jest to tylko dodatkowe wyjście które pozwala na sterowanie pompą w

warunkach zintegrowanej Sali. Pilot sterowania również spełnia wymóg sterowania bez podchodzenia do urządzenia.

Zamawiający wymaga dostarczenia pompy z możliwością wyświetlania i sterowania parametrami pompy z ekranu monitora i sterowania ustawieniami pompy z głowicy kamery toru wizyjnego obsługiwanego przez personel medyczny.

Powyższe informacje stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk