



Wrocław, dn. 01.09.2015r.

Szp/FZ-227/WROVASC...637.../2015

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
DOSTAWĘ NARZĘDZI I MATERIAŁÓW CHIRURGICZNYCH - PAKIETY.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (*tekst jednolity, Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.*), zwanej dalej uPzp, Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami do przedmiotowego postępowania.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 dopuści port dostępu na nacięciu o rozmiarze 35-50 mm, składający się z atraumatycznego retraktora oraz nakładki z elastycznym portem 5-12 mm, posiadający zintegrowany filtr gazów?

ODP: Zamawiający dopuści port dostępu na nacięciu o rozmiarze 35-50 mm, składający się z atraumatycznego retraktora oraz nakładki z elastycznym portem 5-12 mm, posiadający zintegrowany filtr gazów.

DYREKTOR SZPITALA

prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz

- 3 -