



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ – 14A/640 /2015

Wrocław, dnia 02.09.2015 r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego przekazuje zmianę do postępowania pn.: „*Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Endoskopowej*”

Pytanie 1

Dotyczy warunków umowy § 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze.”

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2

Dotyczy warunków umowy § 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze”

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3

Dotyczy warunków umowy § 5 ust 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„W przypadku zamówienia przez Zamawiającego mniejszej ilości przedmiotu umowy niż określona w § 1 umowy, Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia.”

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4

Dotyczy warunków umowy § 7 ust 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym asortymencie, o których mowa w ust. 2 Wykonawca zobowiązuje się do jego zbadania i w przypadku potwierdzenia rozbieżności, do uzupełnienia lub wymiany reklamowanego przedmiotu umowy na wolny od wad w ciągu 3 dni roboczych od dnia uznania reklamacji za zasadną, jednak nie dłużej niż 7 dni roboczych.”

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5

Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 oraz ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 1% na 0,5% oraz odpowiednio z 10% na 5%?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6

Dotyczy warunków umowy § 12 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„zmiany stawki podatku VAT wówczas cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto,”

Zamawiający informuje iż proponowany zapis został ujęty w § 12 ust. 2 niniejszego Projektu Umowy .

Pytanie 7

Czy Zamawiający w pakiecie 1 dopuści igłę o średnicy cewnika 2,3 mm z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8

Czy Zamawiający w pakiecie 3 dopuści proponowane rozwiązanie: pętla dwuwymiarowa o średnicach 20-35 mm, uchwyt z kółkiem na kciuk oraz wyprofilowaną częścią na palec środkowy i wskazujący, bliższa część z płaskiego drutu, część dalsza z plecionki, na uchwycie nr ref., lot, nazwa producenta?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 igły jednorazowe do ostrzykiwania krwawień do kolonoskopii: średnica narzędzia ok. 2,3 mm, średnica wewnętrzna igły 0,7mm, długość igły 5mm, pełna kompatybilność z kanałem wideokolonoskopu Olympus o średnicy 3,7mm, długość 230cm; BUDOWA: uchwyt z tworzywa sztucznego z luer lock'iem na strzykawkę oraz z mechanizmem zatraskiwania igły, prowadnica z tworzywa sztucznego z atraumatyczną końcówką metalową, oznaczenie: typu igły, znaku CE, nr lotu, nazwy producenta, informacji i jednorazowości OPAKOWANIE: igły dostarczone sterylne (ważność sterylizacji min. 2 lata) w specjalnym rękawie zawierającym informacje o sterylności narzędzia i dacie jej ważności oraz nalepkę z typem igły i nr lot?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Lidwiga Raziuk