



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dnia 08.09.2015r.

Szp/FZ -30/652/2015

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „dostawę głowic różnych”

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na pytanie dotyczące przetargu na dostawę głowic, dotyczące zadania nr 3 – głowica USG convex PLT-704 SBT:

Zamawiający w opisie pakietu jako przedmiot zamówienia wskazał „Głowica USG convex PLT-704SBT do aparatu Toshiba XARIO – 1 szt”

Natomiast w parametrach i warunkach granicznych umieszczono następujący opis:

Lp.	Parametry i warunki graniczne
1.	2
1.	Głowica liniowa do badań naczyniowych i małych narządów w pełni kompatybilna z aparatem USG Toshiba Xario.
2.	Zakres częstotliwości 5-12 ± 0,5 MHz (podać)
3.	Minimum 5 wybieralnych częstotliwości pracy w trybie B-Mode (podać)
4.	Liczba elementów min 128 (podać)
5.	Długość czola sondy – 58 mm
6.	Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis oferowanej głowicy

Tak opisanej głowicy odpowiada głowica liniowa PLT-805AT do aparatu XARIO.

Głowica PLT-704SBT jest głowicą liniową do badań naczyniowych o parametrach :

Lp.	Parametry i warunki graniczne
1.	2
1.	Głowica liniowa do badań naczyniowych i małych narządów w pełni kompatybilna z aparatem USG Toshiba Xario.
2.	Zakres częstotliwości 3,1-11 MHz
3.	Minimum 5 wybieralnych częstotliwości pracy w trybie B-Mode
4.	Liczba elementów 192
5.	Długość czola sondy – 38 mm

W związku z tym prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga zaoferowania głowicy o parametrach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia a nazwa głowicy jest omyłką pisarską, czy też Zamawiający wymaga dostawy o parametrach właściwych dla głowicy PLT-704SBT?

Zamawiający wymaga dostawy głowicy PLT-704 SBT.

W załączeniu prawidłowe zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla zadania nr 3 - Głowica USG CONWEX PLT-704 SBT do aparatu TOSCHIBA XARIO -1 szt.

Powyższe informacje stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z-ca DYREKTORA
ds. Eksploatacji
Mgr Małgorzata Tobis

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia: Głowica USG CONWEX PLT-704 SBT do aparatu TOSCHIBA XARIO - 1 szt.

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Rok produkcji

Lp.	Parametry i warunki graniczne	Odpowiedź TAK/NIE wraz z opisem oferowanych parametrów
1.	2	3
1.	Głowica liniowa do badań naczyniowych i małych narządów w pełni kompatybilna z aparatem USG Toshiba Xario.	
2.	Zakres częstotliwości 3,1-11 ± 0,5 MHz (podać)	
3.	Minimum 5 wybieralnych częstotliwości pracy w trybie B-Mode (podać)	
4.	Liczba elementów 192 (podać)	
5.	Długość czola sondy – 38 mm	
6.	Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis oferowanej głowicy	

***) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy**

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

.....
(pieczęć i podpis
osoby/osób uprawnionej/-ych do
podejmowania zobowiązań)