



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dnia 09.09.2015r .

Szp/FZ –30/S68/2015

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „dostawę głowic różnych”

Pytanie nr 1

Dotyczy: Zadanie nr 4. Głowica USG 7S do aparatu Vivid 7 produkcji GE nr kat. H40422LB.

W związku z zaprzestaniem produkcji głowicy typ 7S, czy Zamawiający dopuści do przetargu głowicę 6S, kompatybilną z ww. aparatem Vivid 7, wraz z aktualizacją oprogramowania aparatu?

Zamawiający dopuszcza do przetargu głowicę 6S, kompatybilną z ww. aparatem Vivid 7, wraz z aktualizacją oprogramowania aparatu pod warunkiem:

- **zgodności parametrów z głowicą 7S**
- **aktualizacja oprogramowania nie będzie miała wpływu na prawidłowe działanie pozostałych głowic współpracujących z echokardiografem Vivid 7**

Powyzsze informacje stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z-ca DYREKTORA
ds. Eksploatacji
Mgr Małgorzata Tobiś