



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dnia 11.09.2015r.

Szp/FZ –30/5902015

INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „dostawę głowic różnych”

Zadanie nr 2. Głowica USG 3S do aparatu Vivid3, Vivid 7 produkcji firmy GE nr kat. H4701SZ szt.2

Pytanie nr 1.

Ad. Załącznik nr 6.2 - Zestawienie wymaganych parametrów technicznych; pkt. 1.

Głowica 3S do aparatu Vivid 3 i Vivid 7 jest głowicą jednorzędową. Prosimy by Zamawiający sprecyzował wymagania w tym zakresie.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, przedmiotem zamówienia jest głowica 3S niezależnie od tego czy jest jednorzędowa czy dwurzędowa.

Pytanie nr 2.

Ad. Załącznik nr 6.2 - Zestawienie wymaganych parametrów technicznych; pkt. 6.

Wymagana przez Zamawiającego głowica 3S o numerze katalogowym H4701SZ według danych Producenta posiada 64 kryształy. W związku z tym prosimy o wprowadzenie zmian w specyfikacji.

Jest: „Ilość kryształów tworzących obraz w głowicy ≥ 160 (podać)” ; winno być: „Ilość kryształów tworzących obraz w głowicy ≤ 160 (podać)”.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ znak ≥ 160 określa parametr mniej lub równie 160 , 64 kryształy mieszczą się w wymaganych parametrach.

Pytanie nr 3.

Ad. Załącznik nr 6.2 – Zestawienie wymaganych parametrów technicznych; pkt. 7.

Prosimy o doprecyzowanie z jakim aparatem ma współpracować przedmiotowa głowica: Vivid 7 Dimension, czy Vivid 7 Pro? Nadmieniamy, iż sonda 3S jest kompatybilna z aparatem Vivid 7 Pro.

Zamawiający informuje, że przedmiotowe głowice 3S mają współpracować z:

1 szt.- z aparatem Vivid 3

1 szt.- z aparatem Vivid 7 PRO

Zadanie nr 4. Głowica USG 7S do aparatu Vivid 7 produkcji firmy GE

Pytanie nr 4

Ad. załącznik 6.4 pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu głowicę 6S o zakresie częstotliwości obrazowania od 2,4 do 8,0 MHz?

Zamawiający dopuszcza do udziału w przetargu głowicę 6S o zakresie częstotliwości obrazowania od 2,4 do 8,0 MHz.

Pytanie nr 5

Ad. Załącznik 6.4 pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu głowicę 6S o głębokości obrazowania 16 cm?

Zamawiający dopuszcza do udziału w przetargu głowicę 6S o głębokości obrazowania 16 cm.

Pytanie nr 6

Ad. Załącznik 6.4 pkt. 9

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje kompatybilności głowicy 6S z aparatem USG Vivid 3 (jak w opisie parametru), czy Vivid 7 (jak w temacie przetargu)?

Zamawiający oczekuje kompatybilności głowicy 6S z aparatem Vivid 7 PRO.

Powyższe informacje stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z-ca DYREKTORA
ds. Eksploatacji

Mgr Małgorzata Tobis