

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 071 32 70 100, fax 071 325 41 01
www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dn. 22.09.2015r.

Szp/FZ-2/KNOW/...689.../2015

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
**DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW, DROBNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH, MATERIAŁÓW
JEDNORAZOWEGO I WIELORAZOWEGO UŻYTKU – PAKIETY.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do przedmiotowego postępowania.

Pytanie nr 1 - dotyczy pakietu 2, 6, i 15

Ze względu na różne konfekcjonowanie artykułów jednorazowych przez różnych producentów, czy Zamawiający dopuści inne wielkości opakowań zbiorczych niż wymagane w SIWZ z odpowiednim przeliczeniem do ilości wymaganej przez Zamawiającego?

ODP: Zamawiający dopuszcza inne wielkości opakowań zbiorczych dla produktów przedstawionych w pakietach 2, 6 i 15.

Pytanie nr 2 - dotyczy pakietu 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie nr 17 testów diagnostycznych do oznaczania TF – (Tissue Factor) oraz TFPI – (Tissue Factor Pathway Inhibitor) produkowanych przez firmę SunredBio.

ODP: Zamawiający dopuszcza zaferowanie przedstawionych produktów.

Pytanie nr 3 - dotyczy pakietu 13 poz. 2

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający oczekuje normalnej surowicy oślej firmy Jackson ImmunoResach o nr kat. 017-000-121?

ODP: Zamawiający oczekuje normalnej surowicy oślej firmy Jackson Immunoresearch o numerze katalogowym 017-000-121.


Pytanie nr 4 - dotyczy pakietu 2 poz. 1 i pakietu nr 15 poz. 1

Ponieważ próbówki o nr kat. 72.690.001 posiadają wieko bez bezpiecznego zamknięcia, prosimy o wyjaśnienie czy należy zaferować próbówki zgodnie z podanym numerem katalogowym, czy też próbówki typu Eppendorf 1,5 ml PP z dnem stożkowym, z szerokim wieczkiem z bezpiecznym zamknięciem pakowane po 250 szt., ale posiadające inny nr katalogowy z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianych opakowań?

ODP: Zamawiający oczekuje próbek posiadających wieko bez bezpiecznego zamknięcia.



Uniwersytet
Wrocławski



**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
WE WROCŁAWIU**

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 071 32 70 100, fax 071 325 41 01
www.wssk.wroc.pl

Pytanie nr 5 - dotyczy pakietu 2 poz. 2 i pakietu nr 15 poz. 2

Ponieważ próbki o nr kat. 70.760.002 są bezbarwne, prosimy o wyjaśnienie, czy należy zaoferować końcówki zgodnie z opisem podanym przez Zamawiającego czyli żółte, ale posiadające inny nr katalogowy, czy też końcówki zgodnie z podanym numerem katalogowym czyli bezbarwne?

ODP: Zamawiający oczekuje końcówek żółtych o maksymalnej objętości próbki 200ul.

Pytanie nr 6 - dotyczy pakietu 3

W nawiązaniu do w/w postępowania zwracam się z prośbą o podanie ilości opakowań do wyceny w zadaniu nr 3.

ODP: Uzupełniony formularz ofertowo-cenowy dla pakietu nr 3 stanowi załącznik do niniejszego pisma.

DYREKTOR SZPITALA

prof. dr hab. Wojciech Wilkiewicz



Uniwersytet
Wrocławski

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY

PAKIET NR 3 - Obszaru 1 Podzadania 4 nr poz. kosz. 3

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	JM (opak./szt.)	Ilość zamawiana	Ilość szt. dostępnych w opak.	Ilość zamawianych opak.	Cena jedn. netto	Wartość netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość brutto	Kod/nazwa własna/ producent
1	Chlorek sodu (NaCl). Produkt firmy Sigma, nr kat S5886-500G lub równoważny.	op.	1	500g	1						
2	Kwas mrówkowy (formic acid), 98-100% CZDA. Produkt firmy POCh, nr kat. 564662111 lub równoważny.	op.	1	1L	1						
3	Dwuwęglan amonu (ammonium bicarbonate), czystość ≥ 99,5%. Produkt firmy Fluka, nr kat. 09830-500G lub równoważny.	op.	1	500g	1						
4	Ammonium sulfate do biologii molekularnej, czystość ≥ 99,0%. Produkt firmy Sigma, nr kat. A4418-100G lub równoważny.	Op.	1	100g	1						
5	Acetonitryl (ACN), czystość ≥ 99,9%, do zastosowania w LC-MS. Produkt firmy Sigma, nr kat. 34967-250ML lub równoważny.	Op.	1	250mL	1						
6	Jodacetamid, produkt firmy Sigma, nr kat. I1149-5G lub równoważny.	Op.	1	5g	1						
7	Kwas trifluoroctowy (Trifluoroacetic acid, TFA), czystość ≥ 99,0%, do zastosowanie w HPLC. Produkt firmy Sigma, nr kat. 302031-10X1ML lub równoważny	Op.	1	10x1mL	1						

8	Dithiothreitol (DTT), czystość ≥99,0%. Produkt firmy Sigma, nr kat 43817-1G lub równoważny	Op.	1	1g	1							
9	Przeciwciało poliklonalne królicze anty- ludzka podocyna. Produkt firmy Sigma, nr kat. P0372 lub równoważny.	op.	1	200ug	1							

wartość pakietu słownie:.....

.....

podpis, pieczęć Wykonawcy