



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dnia 29.09.2015r.

Szp/FZ -46/909/2015

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „dostawę wyrobów medycznych stosowanych w okulistyce”

Pytanie nr 1 dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy:

Pierścień dotorebkowy atraumatyczny do stabilizacji soczewki wewnątrzgałkowej, wykonany z materiału PMMA (polimetakrylan metylu), kolor niebieski; grubość 0,17 mm; zakończony po obu stronach pierścieniami fiksacyjnymi fi wewn. 0,38 mm;

Wymiary pierścienia:

- średnica pierścienia (w stanie sprężonym, przy stykających się pierścieniach fiksacyjnych): 11 mm (lub 12 mm)
- średnica pierścienia rozprężonego: 13 mm (lub 14 mm)

Pierścień jałowy, załadowany fabrycznie do jałowego jednorazowego injektora; injector z elementem zabezpieczającym przed niekontrolowanym przesuwem tłoka.

Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 3 pierścień dotorebkowy atraumatyczny do stabilizacji soczewki wewnątrzgałkowej, wykonany z materiału PMMA (polimetakrylan metylu), kolor niebieski; grubość 0,17 mm; zakończony po obu stronach pierścieniami fiksacyjnymi fi wewn. 0,38 mm;

Wymiary pierścienia:

- średnica pierścienia (w stanie sprężonym, przy stykających się pierścieniach fiksacyjnych): 11 mm (lub 12 mm)
- średnica pierścienia rozprężonego: 13 mm (lub 14 mm)

Pierścień jałowy, załadowany fabrycznie do jałowego jednorazowego injektora; injector z elementem zabezpieczającym przed niekontrolowanym przesuwem tłoka.

Pytanie nr 2 dot. pakietu nr 5 poz.3

Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy igły 30 Ga x 16 mm.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3 dot. pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy manipulatory soczewkowe IOL wykonane w całości ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką ochronną.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia faktury w formacie opisanym w załączniku nr 2 do umowy?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenia kar umownych opisanych w § 9 ust. 1 pkt 1) projektu umowy do 0,1% wartości umownej brutto niedostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenia kar umownych opisanych w § 9 ust. 1 pkt 2) projektu umowy do 0,1% wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenia kar umownych opisanych w § 9 ust. 1 pkt 3) projektu umowy do 5% wartości umownej brutto niezrealizowanej części umowy?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Powyższe informacje stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji
mgr inż. Jadwiga Raziuk