



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dnia 07.10.2015 r.

Szp/FZ- 48/ 718 /2015

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala. Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „Dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Naczyń Obwodowych ”

Pytanie nr 1 - dot. Pakietu nr 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zamykania tętnic udowych po wkłuciach składający się z urządzenia zamykającego, koszulki, lokalizatora arteriotomii oraz przewodnika?

Urządzenie umożliwiające zamykanie tętnic po wkłuciach 5F - 8 F,: urządzenie składające się z dwóch mechanizmów : mechanicznego i biochemicznego tworzącego tzw. korek, a zamykającego naczynie od wewnątrz (kotwica) i zewnątrz (kolagen) oraz na bazie 3 rozpuszczalnych komponentów biozgodnych (polimerowa kotwica, szew, kolagen) o średnicach urządzenia: 6F i 8F, - wprowadzanie po przewodniku 0.035" dla 6F i 0.038" dla 8F.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 2 - dot. Pakietu nr 20

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 20:

cewników do usuwania skrzeplin - - długość ceownika 145 cm; kompatybilny z przewodnikiem 0,014"; kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6 F; światło aspiracyjne 0.043 dla średnicy 6 F; dystalne pokrycie hydrofilne na dł. 25 cm; marker na końcu systemu oraz marker pozycjonujący na shaftcie; taperowana końcówka ceownika z otworem centralnym; w zestawie znajduje się: ceownik, strzykawka o poj. 50/60ml, kranik, dren oraz dwa filtry.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 3 - dot. Pakietu nr 57

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 57:

Poz. 1 filtru stało-czasowego p/zatorowego do żyły głównej o poniższych parametrach:

- możliwość usunięcia filtru do 12 dni po implantacji lub implantacja na stałe,
- filtr zbudowany ze szkieletu nitinolowego,
- filtr samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu, naturalna średnica filtra 35 mm,
- długość filtra nierozprężonego 58 mm,
- pasujący do maksymalnie 30 mm szerokości naczynia,
- konstrukcja koszyczka filtru symetryczna, SDS (system wprowadzający) o średnicy zew 6.5F,
- długość zestawu 70 cm,
- filtr stosowany uniwersalnie (femoral, jugular),
- przewodnik filtru pokryty PTFE 0.035" z 3mm końcówką w kształcie J 150 lub 260cm długości,
- koszulka wprowadzająca o średnicy zew. 6,5F z markerami na końcówce, dobrze widocznymi w obrazie rtg.

Poz. 2 Cewnik dedykowany do usuwania filtra o śr.7F i dł. 100 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 4 - dot. Pakietu nr 25

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 25 – Cewnik prowadzący dopuści do zaferowania cewniki o średnicy wewnętrznej 0,090” dla rozmiaru 8F i spełniające pozostałe wymogi specyfikacji technicznej?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 5 – dot. Pakietu nr 71

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 71 - DES na balonie-stent uwalniający lek dopuści do zaferowania stenty najnowszej generacji uwalniające Zotarolimus - lek antyproliferacyjny z grupy limus, oraz spełniające pozostałe wymogi specyfikacji technicznej ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

Powyższa informacja stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk