



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ - 34/740 / 2015

Wrocław, dn. 14.10.2015r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Dostawa aparatury medycznej różnej” – nr sprawy Szp/FZ- 34/2015

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe zapytanie:

Dotyczy Zadania nr 1 - Aparat EKG 12 – kanałowy

- 1) Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z bezobsługowym, małych rozmiarów zasilaczem zewnętrznym i z bezobsługowym akumulatorem wbudowanym w urządzenie na ponad 2 h ciągłej pracy urządzenia?
- 2) Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z możliwością archiwizacji 200 badań w pamięci wewnętrznej urządzenia oraz z możliwością rozszerzenia pamięci, poprzez archiwizację o wiele większej ilości badań na karcie SD lub nośniku danych typu Pendrive?
- 3) Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez możliwości podłączenia zewnętrznej klawiatury?
- 4) Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o przekątnej ekranu 8,9" i rozdzielczości 1024x768?
- 5) Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o wadze 4,6kg?
- 6) Czy Zamawiający dopuści aparat EKG w którym aby wydrukować badanie lub dokumentację medyczną w formacie A4, należy przesłać je na komputer poprzez pamięć USB, kartę SD lub poprzez sieć i wydrukować na drukarce podłączonej do komputera?
- 7) Czy Zamawiający dopuści aparat EKG w którym aby wysłać badanie lub dokumentację medyczną wiadomością e-mail, należy je przesłać je na komputer poprzez pamięć USB, kartę SD lub poprzez sieć i wysłać w formie wiadomości e-mail do dowolnej skrzynki odbiorczej bezpośrednio z komputera?

Odpowiedź:

Ad. 1. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

Ad. 2. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

Ad. 3. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

Ad. 4. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu EKG o przekątnej ekranu 8,9" i rozdzielczości 1024 x 768 pikseli.

Ad. 5. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

Ad. 6. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

Ad. 7. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

Powyższe stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. *[Podpis]* Raziuk