



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Wrocław, dn. 15.10.2015r.

Szp/FZ - 34/746/2015

## INFORMACJA NR 5 DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  
„Dostawa aparatury medycznej różnej” – nr sprawy Szp/FZ- 34/2015

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe zapytanie:

### **Pytanie nr 1 - dot. Zadania nr 1 – aparat EKG 12 - kanałowy**

- 1) Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z rozmiarem wyświetlacza 8,9” o rozdzielczości 1280 x 768?
- 2) Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z papierem o szerokości 210 mm w formie składanki?
- 3) Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez możliwości bezpośredniego wydruku na drukarce zewnętrznej podłączonej do aparatu? Wydruk na dowolnej drukarce jest możliwy po przeniesieniu badania na komputer.
- 4) Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez funkcji przesyłania zapisu badania na dowolną skrzynkę odbiorczą lub inny aparat EKG bezpośrednio z urządzenia? Przesyłanie wyników badań jest możliwe po przeniesieniu ich na komputer.

### **Odpowiedź:**

*Ad. 1. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu EKG z rozmiarem wyświetlacza 8,9” o rozdzielczości 1280 x 768.*

*Ad. 2. Zamawiający wymaga zaoferowanie aparatur EKG z papierem o szerokości 210 mm w formie rolki.*

*Ad. 3. Zamawiający wymaga zaoferowania aparatu EKG z możliwością wydruku na drukarce zewnętrznej.*

*Ad. 4. Zamawiający wymaga zaoferowania aparatu EKG z funkcją umożliwiającą przesłanie zapisów badania na dowolną skrzynkę odbiorczą e-mail oraz inny aparat EKG.*

### **Pytanie nr 2 - dot. Zadania nr 4 – aparat EKG 12-kanałowy**

- 1) Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z wyświetlaczem dotykowym 8,9”?
- 2) Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez możliwości zintegrowania z platformą kardiologiczną o bez możliwości rozbudowy o moduł spirometrii?

### **Odpowiedź:**

*Ad.1. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu EKG z wyświetlaczem dotykowym 8,9”.*

*Ad.2. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatur EKG bez możliwości zintegrowania z platformą kardiologiczną bez możliwości rozbudowy o moduł spirometrii.*

### **Pytanie nr 3 - dot. Zadania nr 5 – monitor funkcji życiowych**

Czy Zamawiający dopuści monitor o przekątnej ekranu 12,1?

**Odpowiedź:**

*Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania monitora o przekątnej ekranu 12.1.*

**Pytanie nr 4 - dot. Zadania nr 6 - kardiomonitor**

- 1) Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o wadze 4,1 kg?
- 2) Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o zakresie pomiaru pulsu z modułu saturacji 25 – 250/min?
- 3) Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w funkcję obliczeń lekowych oraz tabelę miareczkowania?

**Odpowiedź:**

*Ad.1. Zamawiający podtrzymuje wymóg zawarty w SIWZ.*

*Ad.2. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kardiomonitora o zakresie pomiaru pulsu z modułu saturacji 25 – 250.min.*

*Ad.3. Zamawiający dopuści zaoferowanie kardiomonitora wyposażonego w funkcję obliczeń lekowych oraz tabelę miareczkowania wraz z zachowaniem wymogu zawartym w pkt. 17 załącznika nr 6.6 do SIWZ*

Powyższe stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

WYKONAWCA  
[Signature]  
[Stamp]