



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dn. 14.10.2015r.

Szp/FZ - 34/ / 2015

INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Dostawa aparatury medycznej różnej” – nr sprawy Szp/FZ- 34/2015

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe zapytanie:

Pytanie nr 1 - dot. Zadania nr 5

Czy Zamawiający dopuści monitor funkcji życiowych z kolorowym ekranem LED TFT o przekątnej 7", przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymagań SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie monitora funkcji życiowych z kolorowym ekranem LED TFT o przekątnej 7".

Pytanie nr 2 - dot. Zadania nr 5 pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości kardiomonitor z kolorowym ekranem LED TFT o przekątnej 8,4"? Oferowany parametr niewiele się różni od wymaganego w SIWZ 8".

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kardiomonitora z kolorowym ekranem LED TFT o przekątnej 8,4, przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymagań SIWZ.

Pytanie nr 3 - dot. Zadania nr 5 pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości kardiomonitor bez dźwiękowej sygnalizacji zmian % SpO₂? Wartość % SpO₂ jest wyświetlana na ekranie kardiomonitora w formie czytelnych cyfr w czasie rzeczywistym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kardiomonitora bez dźwiękowej sygnalizacji zmian % SpO₂? Wartość % SpO₂ wyświetlaną na ekranie kardiomonitora w formie czytelnych cyfr w czasie rzeczywistym, przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie nr 4 - dot. Zadania nr 8 pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości pulsoksymetr o zakresie pomiarowym PR wynoszącym 30-235bpm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pulsoksymetru o zakresie pomiarowym RP wynoszącym 30 – 235 bpm, przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie nr 5- dot. Zadania nr 8 pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej jakości pulsoksymetr zapisujący do 64800 wyników? Oferowany parametr jest lepszy od wymaganego: 60000.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaferowanie pulsoksymetru zapisującego 64 800 wyników.

Pytanie nr 6- dot. Zadania nr 8 pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej jakości pulsoksymetr zapisujący wyniki co 4s aż do 64800 pomiarów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaferowanie pulsoksymetru zapisującego wyniki co 4s aż do 64 800 pomiarów.

Powyższe stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
Z-ca DYPREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk