



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Wrocław, dnia 19.10.2015 r.

Szp/FZ - 48/198 /2015

## INFORMACJA NR 5 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „Dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Naczyń Obwodowych.”

### **Pytanie nr 1 – dot. Pakietu nr 24**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w załączniku 1.24. cewników angiograficznych o średnicy 4, 5, 6, 7F. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

#### **Odpowiedź:**

*Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 24 cewników angiograficznych o średnicy 4F, 5F, 6F, 7F. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.*

### **Pytanie nr 2 – dot. Pakietu nr 30**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w załączniku 1.30. cewników diagnostycznych ze znacznikami o dostępnych średnicach 4 i 5F. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

#### **Odpowiedź:**

*Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 30 cewników diagnostycznych ze znacznikami o dostępnych średnicach 4 i 5F. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.*

### **Pytanie nr 3 – dot. Pakietu nr 37**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w załączniku 1.37. przewodników naczyniowych z ruchomym rdzeniem o dostępnej średnicy 0.035” Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

#### **Odpowiedź:**

*Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 37 przewodników naczyniowych z ruchomym rdzeniem o dostępnej średnicy 0.035” . Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.*

### **Pytanie nr 4 – dot. Pakietu nr 54**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w załączniku 1.54. systemu do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych zawierający pętlę, torker, oraz introduktor; rozmiar 6F; zakres pracy: 5-40mm; długość pętli 125cm, długość koszuli wprowadzającej 105cm; system zawierający pojedynczą pętlę wykonaną z drutu nitinolowego owiniętego platyną zapewniającą doskonałą widoczność w skopii; dwupłaszczyznową; posiadającą również możliwość chwytania bocznego; duża elastyczność, możliwość obracania pętli o 360 stopni, przeniesienie obrotu 1:1

#### **Odpowiedź:**

*Zamawiający podtrzyma wymagania zawarte w SIWZ.*

**Pytanie nr 5 – dot. Pakietu nr 69**

1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 1 w załączniku 1.69 stent obwodowy ze złotymi znacznikami dostarczany w systemie dostawczym o długości 80 i 125cm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 2 w załączniku 1.69 stent obwodowy dostarczany ze złotymi znacznikami w systemie dostawczym o długości 80 i 125cm o dostępnych długościach 20/30/40/60/80/100/120/140/170/200mm.

Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

**Odpowiedź:**

Ad. 1. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

Ad. 2. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

**Pytanie nr 6 – dot. Pakietu nr 72**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w załączniku 1.72 cewnik wspierający do trudnych przejść w dostępnych długościach 90, 135, 150cm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

Powyższa informacja stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

DYREKTOR BIURO  
prof. dr hab. Andrzej Kozłowski