



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101

[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Wrocław, dnia 26.10.2015 r.

Szp/FZ - 48/ 780 /2015

## INFORMACJA NR 7 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „Dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Naczyń Obwodowych.”

### **Pytanie nr 1 – dot. Pakietu nr 13**

Czy Zamawiający dopuści stent samorozprężalny do tętnicy podkolanowej - kompatybilny z koszulką 6F oraz przewodnikiem 0,035", stent nitinolowy, samorozprężalny, elastyczny, jednocześnie, wycinany laserowo; zakres średnic od 5 do 8 mm; zakres długości od 40 do 200 mm; długość cewnika wprowadzającego 120 cm; wysoka odporność na zginanie, skręcanie oraz złamanie stentu ?

### **Odpowiedź:**

*Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.*

### **Pytanie nr 1 – dot. Pakietu nr 17**

Czy Zamawiający dopuści cewnik balonowy pokryty lekiem antymiotycznym, pokrycie cewnika balonowego zapewniające minimalną utratę leku podczas przechodzenia przez naczynia oraz zmiany, zastosowanie w angioplastyce tętnic udowych, podkolanowych i tętnicach podudzi, cewnik kompatybilny z przewodnikiem 0,014", różnorodność długości cewnika balonowego: min 10 do 250 mm, różnorodność średnic cewnika balonowego: min 1,5 do 6 mm ?

### **Odpowiedź:**

*Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.*

Powyższa informacja stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

DYREKTOR SZPITALA

*[Podpis]*  
prof. dr hab. Wojciech Wilkiewicz  
(3)