

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dnia 29.10.2015r.

Szp/FZ -30A/94/2015

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „dostawę głowic różnych”

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na pytanie dotyczące przetargu na dostawę głowic, dotyczące zadania nr 1 - głowica USG convex PLT-704 SBT do aparatu Toshiba.

Zamawiający w SIWZ w opisie pakietu nr 1 jako przedmiot zamówienia wskazał: "Głowica USG convex PLT-704SBT do aparatu Toshiba XARIO - 1 szt"

Ze względu na niezgodność w opisie przedmiotu zamówienia, prosimy o jego poprawienie w następujący sposób:

"Głowica USG liniowa PLT-704SBT do aparatu Toshiba XARIO - 1 szt"

Zamawiający koryguje zapis SIWZ w rozdz. III pkt. 1 nadają mu brzmienie:


1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa głowic różnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu szczegółowo opisanych w załącznikach 6.1. – 6.3. w tym:

Zadanie	Przedmiot zamówienia	szt.
1	Głowica USG liniowa PLT-704 SBT do aparatu TOSHIBA XARIO	1 szt.
2	Głowica do fakoemulsyfikacji zaćmy OZIL do aparatu Infiniti Vision System produkcji firmy Alcon nr kat. 8065750469	2 szt.
3	Głowica USG M4S do aparatu VIVID -7D produkcji firmy GE Nr kat. H4000PA	1 szt.

Jednocześnie Zamawiający załącza skorygowany załącznik nr 6.1 do SIWZ.

Powyższe informacje stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

DYREKTOR SZPITALA


prof. dr hab. Wojciech Wilkiewicz
(3)

Zadanie nr 1

Załącznik nr 6.1 do SIWZ
Nr sprawy Szp/FZ – 30A/2015

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia: Głowica liniowa USG PLT-704 SBT do aparatu TOSHIBA XARIO - 1 szt.

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Rok produkcji

Lp.	Parametry i warunki graniczne	Odpowiedź TAK/NIE wraz z opisem oferowanych parametrów
1.	2	3
1.	Głowica liniowa do badań naczyniowych i małych narządów w pełni kompatybilna z aparatem USG Toshiba Xario.	
2.	Zakres częstotliwości 3,1-11 ± 0,5 MHz (podać)	
3.	Minimum 5 wybieralnych częstotliwości pracy w trybie B-Mode (podać)	
4.	Liczba elementów 192 (podać)	
5.	Długość czoła sondy – 38 mm	
6.	Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis oferowanej głowicy	

***) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy**

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

.....
(pieczęć i podpis
osoby/osób uprawnionej/-ych do
podejmowania zobowiązań)