



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Szp/FZ - 56/ 811 /2015

Wrocław, dnia 06.11.2015 r.

## INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami do postępowania pn.:

*„Dostawa aparatu rentgenowskiego z ramieniem C”*

Zamawiający informuje iż dokonuje zmiany w Załączniku nr 3 do SIWZ, Rozdział III.1

### JEST:

III.1	<u>WSTRZYKIWACZ KONTRASTU</u>			
164.	Nazwa własna	TAK Podać		
165.	Producent	TAK Podać		
166.	Model	TAK Podać		
167.	Nazwa katalogowa, kraj pochodzenia	TAK Podać		
168.	Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015 roku	TAK Podać		
169	Automatyczny wstrzykiwacz środka kontrastowego zintegrowany z aparatem, wymienić materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania 50 badań z podaniem kontrastu	Tak,	Bez punktacji	
170	Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu bezwkładowy, 3 kanałowy	Tak		
171	Możliwość zdefiniowania rodzaju wkłucia	Tak		
172	System wykrywania pęcherzyków powietrza na wężykach wstrzykiwacza	Tak		
173	System zastawkowy przeciwdziałający cofaniu płynów	Tak		
174	Wstrzykiwacz kontrastu wyposażony w dwie identyczne konsole sterujące z interfejsem w języku polskim, z możliwością wprowadzenia wszystkich parametrów badania (prędkość, czas opóźnienia, stężenie kontrastu, rozmiar wkłucia) w pokoju badań i w sterowni	Tak		
175	Wstrzykiwacz kontrastu na statywie z kołami z możliwością zablokowania co najmniej dwóch z nich	Tak		

**WINNO BYĆ:**

III.1	<b>WSTRZYKIWACZ KONTRASTU</b>			
169.	Nazwa własna	TAK Podać		
170.	Producent	TAK Podać		
171.	Model	TAK Podać		
172.	Nazwa katalogowa, kraj pochodzenia	TAK Podać		
173.	Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015 roku	TAK Podać		
169	Dwugłowicowy wkładowy wstrzykiwacz kontrastu oraz soli fizjologicznej, wymienić materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania 50 badań z podaniem kontrastu	Tak,	Bez punktacji	
170	Zasilanie bateryjne (beprzewodowe), z możliwością zasilania poprzez kabel	Tak		
171	Wbudowane w urządzenie ogrzewacze kontrastu i soli fizjologicznej	Tak		
172	Kolorowy, dotykowy ekran sterujący LCD wbudowany w urządzenie. Możliwość programowania parametrów iniekcyjnych	Tak		
173	Kolorowy, dotykowy zdalny ekran sterujący LCD. Beprzewodowa komunikacja ze wstrzykiwaczem. Możliwość programowania parametrów iniekcyjnych	Tak		
174	Możliwość konfiguracji iniekcji składającej się od 1-6 faz	Tak		
175	Możliwość jednoczesnego podawania środka kontrastowego oraz soli fizjologicznej	Tak		
176	Możliwość zapamiętania min. 80 profili iniekcji (każda do 6 faz)	Tak		
177	Funkcja KVO (Keep Vein Open) – utrzymywanie drożności żył poprzez wstrzykiwanie 1 ml soli fizjologicznej co 2 minuty	Tak		
178	Możliwość pracy z materiałami zużywalnymi o gwarancji sterylności min. 8 godzin	Tak		

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA  
Z-ca DYREKTORA  
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Paweł Raziuk