



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dnia 12.11.2015 r.

Szp/FZ- 54/ 825 /2015

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „Dostawę urządzeń i mebli medycznych ”

Pytanie nr 1 - dot. Zadania nr 6

1. Czy Zamawiający dopuści uniwersalny stół do badań z Trendelburgiem 0-15° i anty-Trendelburgiem 0-10°?
2. Czy Zamawiający dopuści uniwersalny stół do badań z regulacją odchylenia siedziska 0-15°, zamiast segmentu uda 0-15°?
3. Czy Zamawiający dopuści 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu do badań z Trendelburgiem 0-15° i anty-Trendelburgiem 0-10°.

Ad. 2. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

Ad. 3. Zamawiający dopuszcza termin realizacji zamówienia do 60 dni od daty podpisania umowy.

Pytanie nr 2 - dot. Zadania nr 7

1. Czy Zamawiający dopuści inhalator z ciśnieniem 1,6 bara spełniający przy tym parametry dotyczące charakterystyki aerozolu?
2. Czy Zamawiający dopuści inhalator o parametrach zasilania 230V~/50Hz/0,7 A/80W?

Odpowiedź:

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie inhalatora z ciśnieniem 1,4 bara spełniający parametry dotyczące charakterystyki aerozolu.

Ad. 2. Zamawiający dopuszcza inhalator o parametrach zasilania 230V~/50Hz/0,7 A/80W.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega zapis dotyczący zadań od 1 do 8 zawarty:

- 1) w Rozdziale V „Termin wykonania zamówienia”, który przyjmuje brzmienie:
„Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 60 dni od daty podpisania umowy”.
- 2) w Rozdziale XV – „Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert” w pkt. 2, który przyjmuje brzmienie:
„Termin dostawy nie dłuższy niż 60 dni.

Wartość punktowa ceny wyliczana będzie według wzoru: $(T_{\min} : T_n) \times 10$

gdzie:

T_{\min} – termin najkrótszy spośród ofert nie odrzuconych w danym zadaniu

T_n – termin ocenianej oferty w danym zadaniu

gdzie 1 % = 1 pkt

Ostateczna ocena oferty w danym zadaniu będzie wyliczana według wzoru:

$$O = C + T$$

gdzie:

O – ostateczna ocena oferty w danym zadaniu

C – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena w danym zadaniu ,

T – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium termin dostawy w danym zadaniu,

UWAGA: W przypadku nie podania w ofercie terminu dostawy lub podania dłuższego terminu niż 60 dni od daty podpisania umowy oferta Wykonawcy zostanie odrzucona

W związku z dużą liczbą wniosków i zapytań złożonych w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 1 w związku z art. 38 ust. 1 pkt 3) przesuwa termin złożenia i otwarcia ofert na dzień **23.11.2015 r.** godzina składania i otwarcia ofert bez zmian.

Powyższa informacja stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk