



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dnia 12.11.2015r.

Szp/FZ -38A/826/2015

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „dostawę narzędzi endoskopowych dla Oddziału Urologii oraz bloku operacyjnego”

Pytanie nr 1 dotyczy pakietu 1:

Czy Zamawiający zgodzi się na rozdzielenie pakietu tak, by pozycje:

14 - Sonda ultradźwiękowa bez koronki z kanałem ssącym śr 3,5 mm dł 30 cm (27093OK)

15 - Sonda ultradźwiękowa bez koronki z kanałem ssącym śr 3,5 mm dł 30 cm (27093OK)

19 - Przetwornik ultradźwiękowy do zast z CALCUSON (27610030)

27 - Litotrypter ultradźwiękowy CALCUSON, 200-240 VAC, 50/60 Hz- zestaw (27610001)

28 - Pompa ssąca ENDOMAT LC do urologii z modułem SCB, 100-240 VAC, 50/60Hz - zestaw (27330301-1)

30 - Przewód łączący przetwornik z generatorem (27610071)
do odrębnego pakietu?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2 dotyczy pakietu nr 1 pozycji 24.

Czy Zamawiający dopuści pojemnik plastikowy, do przechowywania optyki sprzętu endoskopowego o wymiarach 495x117x62 cm z uchwytami.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3 dotyczy pakietu 1-2

Prosimy o wydłużenie czasu reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym z 48h do 72h. Czas ten jest optymalny pod względem planowania prac serwisu i tym samym zapewnienia usług na najwyższym poziomie.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4 dotyczy pakietu nr 1-2

Czy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych w wypadku wstawienia sprzętu zastępczego na czas usunięcia wad i usterek?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ zgodnie z zapisami wzoru umowy § 9 pkt. 1 ppkt. 4.

Pytanie nr 5 dotyczy pakietu nr 1 pozycji 12

Prosimy o sprecyzowanie czy chodzi o elektrodę monopolarną czy bipolarnej, opis bowiem dotyczy elektrody monopolarnej a numer katalogowy dotyczy elektrody bipolarnej.

Pytanie nr 6 dotyczy pakietu nr 1 poz. 12

Czy zamawiający miał na myśli pętlę tnącą zagiętą do zastosowania z płaszczem 24/26 Fr?

Odp. ad pytanie nr 5, 6

Zamawiający w Pakiecie nr 1 w poz. 12 wymaga pętli tnącej zagiętej do resektoskopu monopolarnej do zastosowania z optyką w płaszczu 24/26Fr.

Pytanie nr 7 dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu 24 miesięcznej gwarancji dla materiałów zużywalnych w pakiecie 1 poz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Powyższe informacje stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
Z-ca DYPREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk