



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dnia 12.11.2015 r.

Szp/FZ- 56/ 834 /2015

INFORMACJA NR 4 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „Dostawę aparatu rentgenowskiego z ramieniem C”

Pytanie Nr 1

Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ Umowa Projekt §7 ust 4

Zwracamy się z prośbą o modyfikację w/w zapisu. Wyjaśniamy, że Producent udziela 12 miesięcznego okresu gwarancji na nowo zainstalowane podzespoły. Czy Zamawiający zgodzi się na taki okres czy gwarancji na wymienione podczas naprawy przedmiotu umowy podzespoły?

Odpowiedź Nr 1

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Projektu umowy w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie Nr 2

W związku ze znaczącą zmianą parametrów wymaganych przez Zamawiającego zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający zgodzi się dopuścić jako opcję wstrzykiwacz automatyczny opisany jak wymagany przed zmianą, tj.

WSTRZYKIWACZ KONTRASTU	
Nazwa własna	TAK Podać
Producent	TAK Podać
Model	TAK Podać
Nazwa katalogowa, kraj pochodzenia	TAK Podać
Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015 roku	TAK Podać
Automatyczny wstrzykiwacz środka kontrastowego zintegrowany z aparatem, wymienić materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania 50 badań z podaniem kontrastu	Tak,
Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu bezwkładowy, 3 kanałowy	Tak
Możliwość zdefiniowania rodzaju wkłucia	Tak
System wykrywania pęcherzyków powietrza na wężykach wstrzykiwacza	Tak
System zastawkowy przeciwdziałający cofaniu płynów	Tak
Wstrzykiwacz kontrastu wyposażony w dwie identyczne konsole sterujące z interfejsem w języku polskim, z możliwością wprowadzenia wszystkich parametrów badania (prędkość, czas opóźnienia, stężenie kontrastu, rozmiar wkłucia) w pokoju badań i w sterowni	Tak
Wstrzykiwacz kontrastu na statywie z kołami z możliwością zablokowania co najmniej dwóch z nich	Tak

W ten sposób umożliwione zostanie w pełni konkurencyjne postępowanie. Obecny opis umożliwia złożenie ofert z wyrobem tylko jednego producenta.

Nadmieniamy, że koszty codziennej eksploatacji nowego rozwiązania (tj. wyrobu wymaganego po zmianie opisu) mogą okazać się znacząco wyższe, co może oznaczać, że dokonana zmiana nie leży w interesie publicznym.

Odpowiedź Nr 2

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Powyższa informacja stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji
mgr inż. Jadwiga Raziuk