



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Szp/FZ - 55/ 912 /2015

Wrocław, dnia 02.12.2015 r.

## INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „**Dostawa protez piersi oraz materiałów zużywalnych do aparatu Mammotom EX**”

Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia w pakiecie nr 2 poz. 2 endoprotezy piersiowe silikonowe teksturowane o profilu anatomicznym i różnych szerokościach podstawy i trzech różnych wysokościach, o objętości 135 – 575 ml z barierą antydyfuzyjną ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 2 poz. 2 endoprotezy piersiowe silikonowe teksturowane o profilu anatomicznym i różnych szerokościach podstawy i trzech różnych wysokościach, o objętości 135 – 575 ml z barierą antydyfuzyjną przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.**

*Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA  
Z-ca D YREKTORA  
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. *Włodzisław Raziuk*