



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dnia 09.12.2015r.

Szp/FZ –46A/ 931 /2015

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „dostawę wyrobów medycznych stosowanych w okulistyce”

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 8 barwnik stosowany przy usuwaniu błony granicznej wewnętrznej ILM + ERM zawierający błękit trypanu o stężeniu 0.18% w ampułkostrzykawce 0.7 ml?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 dotorebkowy pierścień napinający 11 mm o średnicy rozprężonej 13 mm lub pierścień napinający 10 mm o średnicy 12mm?

Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 2 dotorebkowy pierścień napinający 11 mm o średnicy rozprężonej 13 mm lub pierścień napinający 10 mm o średnicy 12mm.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 pozycji 2 2% hydroksymetylocelulozę o pH 6,8-7,5 masie cząsteczkowej 700000a zapakowaną w ampułkostrzykawkę o pojemności 2ml?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4

dot. Pakiet nr 2, Poz. 1

Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy pierścieni:

Pierścień dotorebkowy atraumatyczny do stabilizacji soczewki wewnątrzgałkowej, wykonany z materiału PMMA (polimetakrylan metylu), kolor niebieski; grubość 0,17 mm; zakończony po obu stronach pierścieniami fiksacyjnymi fi wewn. 0,38 mm;

Wymiary pierścienia:

- średnica pierścienia (w stanie sprężonym, przy stykających się pierścieniami fiksacyjnymi): 11 mm

- średnica pierścienia rozprężonego: 13 mm

Pierścień jałowy, załadowany fabrycznie do jałowego jednorazowego injectora; injector z elementem zabezpieczającym przed niekontrolowanym przesuwem tłoka.

Zamawiający dopuszcza wyżej opisany pierścień dotorebkowy atraumatyczny do stabilizacji soczewki wewnątrzgałkowej, wykonany z materiału PMMA.

Pytanie nr 5

Dot. Pakiet nr 6, Poz. 1

Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy barwnik:

Nietoksyczny barwnik stosowany przy usuwaniu błony granicznej wewnętrznej ILM (kolor niebieski):

trifenylometan o stężeniu 0,25 g/l, pH: 7,52; osmolarność 306 mOsm/kg H₂O; gęstość 1,017 - 1,019 g/cm³; fiołki o pojemności 0,5 ml
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6

Dot. Pakiet nr 7, Poz. 2

Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy HPMC (Hydroxypropylmethylcellulose) :

a: Charakterystyka: Masa molekularna: 80.000 Daltonów; Lepkość: 4.500 mPas s;
Osmolarność: 310 mOsm/kg;

Objętość: 2,0 ml; strzykawka plus kaniula.

lub

b: Charakterystyka: Lepkość: 2.600 – 7.000 cp; Osmolarność: 270 – 400 mOsm/kg; PH: 6,8 – 7,5; Objętość: 2,0 ml;

strzykawka a 2 ml plus kaniula.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7

Dot. Pakiet nr 8, Poz. 1

Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy barwnik:

Nietoksyczny barwnik (trifenylometan) do wybarwienia błony granicznej wewnętrznej ILM (kolor niebieski):

0,125 mg Brilliant Blue G (stężenie 0,25 g/l) oraz do wybarwienia błon nasiatkówkowych ERM i ciała szklistego

(kolor fioletowy): 0,65 mg Bromphenol Blue (stężenie 1,3 g/l); Gęstość 1,03 g/cm³;

ampułkostrzykawka a 0,5 ml

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczania faktury w formacie opisanym w Załączniku nr 2.a do umowy?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 9 ust. 1 pkt 1) projektu umowy do 0,1% wartości brutto dostarczonej ze zwłoką partii towaru za każdy dzień zwłoki?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 9 ust. 1 pkt 2) projektu umowy do 0,1% wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 9 ust. 1 pkt 3) projektu umowy do 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 średnicę pierścienia rozprężonego 12,45mm i średnicę pierścienia sprężonego 11mm?

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 2 średnicę pierścienia rozprężonego 12,45mm i średnicę pierścienia sprężonego 11mm.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6 barwnik stosowany przy usuwaniu błony granicznej wewnętrznej, o składzie: brillant blue G o stężeniu 0,025%, rozcieńczonych w fizjologicznym roztworze izotonicznym, o smolarność 270-400 mOsm/kg, stężenie: 0,25 mg/ml, gęstość: brak danych; stosowany do barwienia i wizualizacji błony granicznej wewnętrznej; pakowany w szklane ampułkostrzykawki o pojemności 0,5 ml?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 14

Uprzejmie prosimy o zmianę postaci przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 6 z „fiolka” na „ampułkostrzykawka”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107 poz. 679) dopuści przedmiot zamówienia wraz z informacją (instrukcją obsługi/użytkowania) sporządzoną w języku angielskim?

Zamawiający dopuszcza przedmiot zamówienia wraz z informacją (instrukcją obsługi/użytkowania) sporządzoną w języku angielskim.

Pytanie nr 16 dot. pakietu nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tej pozycji barwnika konfekcjonowanego w opakowaniach handlowych á 10 szt. (każda fiołka pakowana osobno w sterylnym blistrze) przy zachowaniu pozostałych parametrów preparatu?

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w pakiecie nr 7 poz. 1 barwnika konfekcjonowanego w opakowaniach handlowych á 10 szt. (każda fiołka pakowana osobno w sterylnym blistrze) przy zachowaniu pozostałych parametrów preparatu.

Pytanie nr 17 dot. pakietu nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tej pozycji 2%hydroksymetylocelulozy o pojemności ampułkostrzykawki 2ml, masie cząsteczkowej 80.000Da, o smolarności 270-400 mOsm/kg, lepkości 4500 – 5500 cps, pH 6.8 – 7.5 konfekcjonowanej w opakowaniu z kaniulą. Jeśli tak to prosimy o podanie wymaganej ilości opakowań.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 18 dot. § 3 ust. 3 projektu umowy:

Mając na uwadze różnice w specyfice zamówień dotyczących produktów leczniczych a zamawianych wyrobów medycznych. Uwzględniając dodatkowo, małą ilość zamawianych pozycji 9 pakiet nr 7 – 2 pozycje asortymentowe), zwracamy się z uprzejmą prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia faktur elektronicznych we wskazanych przez Zamawiającego formatach. Posiadany przez nas program magazynowo - księgowy umożliwia jedynie generowanie dokumentów elektronicznych w formie dokumentu: WORD, Excel,XML.

W związku z powyższym wnioskujemy jak na wstępie.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19 dot. § 6 ust. 1 projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie projektu umowy, podanie dokładnego adresu magazynu Apteki Szpitalnej.

Magazyn Apteki Szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu mieści się przy ul. H. Kamieńskiego 73A na terenie Szpitala poziom -1.

Pytanie nr 20 dot. Rozdz. III. pkt. 7 SIWZ

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający mając na uwadze zapisy Ustawy o wyrobach medycznych , tj. „ Dopuszcza się aby wyroby przeznaczone do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane profesjonalnym użytkownikom

miały oznakowania lub instrukcje użytkowania w języku angielskim .. wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 7 materiałów viskoelastycznych w opakowaniach i instrukcją w języku angielskim?

Opakowania oferowanych wyrobów – mimo innego języka – powinny być łatwo rozumiane.

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 7 dostarczenie materiałów viskoelastycznych z instrukcją w języku angielskim.

Pytanie nr 21 (pakiet nr 3, poz. 1)

Czy Zamawiający dopuści manipulator o długości ramienia roboczego od zgięcia do końca 15mm, długość tipa 0,2mm?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 22 (pakiet nr 3, poz. 2)

Czy Zamawiający dopuści nożyczki o długości ostrza 9,5mm oraz długości całkowitej 90mm?

Zamawiający dopuszcza nożyczki o długości ostrza 9,5mm oraz długości całkowitej 90mm.

Pytanie nr 23 (pakiet nr 4, poz. 3)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 3 i utworzenie odrębnego pakietu?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 24 (pakiet nr 8)

Czy Zamawiający dopuści błękit trypanu o pojemności 0,75ml?

Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 8 błękit trypanu o pojemności 0,75ml.

Powyższe informacje stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYSKRETORNA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji
mgr inż. Jacek Kozłowski