



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Wrocław, dnia 16.12.2015r.

Szp/FZ -57A/358 /2015

## INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „dostawę implantów ortopedycznych stosowanych w chirurgii urazowo – ortopedycznej”.

### **Pytanie nr 1 Pakiet nr 3 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Pręty Rush'a - ze stali chirurgicznej szczyt ścięty , polerowany, główka typu "laska", Ø2,5mm dł - 100 mm i 200mm

**Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 3 poz. 1 zaferowanie Prętów Rush'a - ze stali chirurgicznej szczyt ścięty , polerowany, główka typu "laska", Ø2,5mm dł - 100 mm i 200mm.**

### **Pytanie nr 2 Pakiet nr 3 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Pręty Rush'a - ze stali chirurgicznej szczyt ścięty , polerowany, główka typu "laska", Ø 3,0mm dł - 100 mm , 200mm i 250mm lub Ø 3,5mm dł - 100 mm , 200mm i 250mm

**Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 3 poz. 2 zaferowanie Prętów Rush'a - ze stali chirurgicznej szczyt ścięty , polerowany, główka typu "laska", Ø 3,0mm dł - 100 mm , 200mm i 250mm lub Ø 3,5mm dł - 100 mm , 200mm i 250mm.**

### **Pytanie nr 3 Pakiet nr 3 poz. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Pręty Rush'a - ze stali chirurgicznej szczyt ścięty, polerowany, główka typu "laska", Ø 5,0 mm dł - 200mm, 250mm ,300 i 350mm.

**Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 3 poz. 4 zaferowanie Prętów Rush'a - ze stali chirurgicznej szczyt ścięty, polerowany, główka typu "laska", Ø 5,0 mm dł - 200mm, 250mm ,300 i 350mm.**

### **Pytanie nr 4 Pakiet nr 5 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Drut do wiązania odłamów kostnych Ø – 1,25 mm L – 10 m

**Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 5 poz. 2 zaferowanie Drutu do wiązania odłamów kostnych Ø – 1,25 mm L – 10 m.**

### **Pytanie nr 5 Pakiet nr 5 poz. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Drut do wiązania odłamów kostnych Ø – 1,6 mm L – 10 m

**Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 5 poz. 4 zaferowanie Drut do wiązania odłamów kostnych Ø – 1,6 mm L – 10 m.**

**Pytanie nr 6 Pakiet nr 7 poz. 1-9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Drut Kirschnera – trójkąt L -150mm – 300 mm z zachowaniem pozostałych parametrów technicznych zgodnie z opisem w SIWZ.

***Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 7 Pakiet nr 7 poz. 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Gwóźdź Kirschnera gwintowany 1,5 mm-2,0 mm L-150mm - 300 m lub Gwóźdź Kirschnera gwintowany 1,5 mm-2,0 mm L-225mm - 300 m.

***Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 8 Pakiet nr 24 poz. 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Śruba zespalająca gąbczasta  $\varnothing$  12,5mm.

***Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 9 Pakiet nr 24 poz. 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Śruba zespalająca z dł. gwintu 22 mm.

***Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 10 Pakiet nr 21**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie nr 21 oprócz wymienionych 11 otworowych płyt do głowy kości promieniowej również 10 otworowych płyt do głowy kości promieniowej, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

***Zamawiającego dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 21 oprócz wymienionych 11 otworowych płyt do głowy kości promieniowej również 10 otworowych płyt do głowy kości promieniowej, przy zachowaniu pozostałych parametrów.***

Powyższe informacje stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPRAWNIENIAMI WYKONAWCY  
Zona I Złoty Stok  
ds. Finansów i Administracji  
mgr inż. Jadyga Raziuk