

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Wrocław, 29.12.2015 r.

ul. Kamińskiego 73 a

51-124 Wrocław

Szp/FZ/MD-5A/ **967** /2015

Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego pn. „Dostawa kardiomonitorów, inkubatorów i stanowisk do resuscytacji noworodków w ramach projektu ‘Mały Dolnoślązak’”,
znak: Szp/FZ/MD-5A/2015

Informacja nr 3

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż w toku postępowania wpłynęły do Zamawiającego pytania do treści specyfikacji. W związku z powyższym Zamawiający publikuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie 1. do pkt. 1.9 – Prosimy o dopuszczenie stanowiska do resuscytacji z dokładnością utrzymywania nastawionej temperatury $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ i regulacją temperatury $34,5^{\circ}\text{C}$ - $37,5^{\circ}\text{C}$.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym brzmieniem SIWZ po uznaniu odwołania:

„Regulacja temperatury grzania w układzie servo (pomiar na skórze) w zakresie $34 \div 37,5^{\circ}\text{C}$ ”

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 2. do pkt. 1.2 – Prosimy o dopuszczenie stanowiska do resuscytacji z regulacją przechylenia łóżeczka w zakresie $\pm 10^{\circ}$ do pozycji Trendelenburga.

Odpowiedź: Powyższe pytanie dotyczy. pkt. 1.12

Zgodnie z aktualnym brzmieniem SIWZ w pkt. 1.12 po uznaniu odwołania:

„Regulowane położenie leża noworodka do pozycji Trendelenburga i anty/ Trendelenburga w sposób płynny i cichy (bezsstresowo) zakres $\pm 12^{\circ}$ ”.

Powyższe informacje stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansowej Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk