



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Wrocław, dnia 29.12.2015r.

Szp/FZ -57/968/2015

## INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „dostawę implantów ortopedycznych stosowanych w chirurgii urazowo – ortopedycznej”.

**Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów SIWZ:**

### **Pytanie nr 1 Pakiet nr 1**

Czy Zamawiający w poz. nr 13 wyrazi zgodę na zaoferowanie płytki strzałkowej dalszej bocznej, od 4 do 10 rozdzielnie położonych otworów blokowanych i 2 otwory wydłużone kompresyjne w części trzonowej oraz 6 otworów blokowanych w części nasadowej. Długość płytki od 85mm-145mm. Materiał tytan?

***Zamawiający w Pakiecie nr 1 w poz. nr 13 dopuszcza zaoferowanie płytki strzałkowej dalszej bocznej, od 4 do 10 rozdzielnie położonych otworów blokowanych i 2 otwory wydłużone kompresyjne w części trzonowej oraz 6 otworów blokowanych w części nasadowej. Długość płytki od 85mm-145mm. Materiał tytan.***

### **Pytanie nr 2 Pakiet nr 1**

Czy Zamawiający w poz. nr 20 wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów blokowanych gąbczastych o śr. 3,9mm w zakresie dł. 35-80mm zamiast 30-90mm?

***Zamawiający w Pakiecie nr 1 w poz. nr 20 dopuszcza zaoferowanie wkrętów blokowanych gąbczastych o śr. 3,9mm w zakresie dł. 35-80mm zamiast 30-90mm.***

### **Pytanie nr 3 Pakiet nr 1**

Z uwagi na niewielkie ilości asortymentu do zakupu w okresie 24 miesięcznej umowy czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od użyczenia instrumentarium na czas trwania umowy w odniesieniu do pozycji nr 11 i 14 na rzecz dostarczania instrumentarium wraz implantami na zabieg?

***Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

### **Pytanie nr 4 Pakiet nr 2**

Czy Zamawiający w poz. nr 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów kaniulowanych o średnicy 4,5mm lub 5,0mm gąbczastych zamiast korowych?

***Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

### **Pytanie nr 5 Pakiet nr 2**

Czy Zamawiający w poz. nr 7 wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów gąbczastych o średnicy 6,5mm z gwintem 32mm i dł. 35-70mm oraz z gwintem 16mm i dł. 25-70mm?

***Zamawiający w Pakiecie nr 2 w poz. nr 7 dopuszcza zaoferowanie wkrętów gąbczastych o średnicy 6,5mm z gwintem 32mm i dł. 35-70mm oraz z gwintem 16mm i dł. 25-70mm.***

**Pytanie nr 6 Pakiet nr 2**

Czy Zamawiający w poz. nr 13 wyrazi zgodę na zaferowanie wkrętów Herberta kaniulowanych?

***Zamawiający w Pakiecie nr 2 w poz. nr 13 dopuszcza zaferowanie wkrętów Herberta kaniulowanych.***

**Pytanie nr 7 Pakiet nr 2**

Czy Zamawiający w poz. nr 14 i 15 wyrazi zgodę na zaferowanie wkrętów gąbczastych o średnicy 3,5mm zamiast o średnicy 2,0mm i 2,7mm?

***Zamawiający w Pakiecie nr 2 w poz. nr 14 i 15 dopuszcza zaferowanie wkrętów gąbczastych o średnicy 3,5mm zamiast o średnicy 2,0mm i 2,7mm.***

**Pytanie nr 8 Pakiet nr 2**

Czy Zamawiający w poz. nr 16 wyrazi zgodę na zaferowanie wkrętów gąbczastych o średnicy 3,5mm i dł. 12-60mm z gwintem częściowym lub o dł. 18-50mm z pełnym gwintem?

***Zamawiający w Pakiecie nr 2 w poz. nr 16 dopuszcza zaferowanie wkrętów gąbczastych o średnicy 3,5mm i dł. 12-60mm z gwintem częściowym lub o dł. 18-50mm z pełnym gwintem.***

**Pytanie nr 9 Pakiet nr 2**

Zapis pod pakietem-Czy Zamawiający odstąpi od użyczenia na czas trwania umowy statywów na wkręty?

***Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 10 Pakiet nr 2**

Zapis pod pakietem-Czy Zamawiający odstąpi od użyczenia na czas trwania umowy statywów na wkręty o średnicy 2,0 i 2,7mm?

***Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 11 Pakiet nr 3**

Czy Zamawiający w poz. nr 2 wyrazi zgodę na zaferowanie prętów Rusha o dł. 240mm zamiast 250mm?

***Zamawiający W Pakiecie nr 3 w poz. nr 14 i 15 dopuszcza zaferowanie wkrętów gąbczastych o średnicy 3,5mm zamiast o średnicy 2,0mm i 2,7mm.***

**Pytanie nr 12 Pakiet nr 3**

Czy Zamawiający w poz. nr 3 wyrazi zgodę na zaferowanie prętów Rusha o dł. 240mm lub 260 mm zamiast 250mm?

***Zamawiający w Pakiecie nr 3 w poz. nr 3 dopuszcza zaferowanie prętów Rusha o dł. 240mm lub 260 mm zamiast 250mm.***

**Pytanie nr 13 Pakiet nr 3**

Czy Zamawiający w poz. nr 4 wyrazi zgodę na zaferowanie prętów Rusha o dł. 240mm lub 260 mm zamiast 250mm oraz o dł. 340 lub 360mm zamiast 350mm?

***Zamawiający w Pakiecie nr 3 w poz. nr 4 dopuszcza zaferowanie prętów Rusha o dł. 240mm lub 260 mm zamiast 250mm oraz o dł. 340 lub 360mm zamiast 350mm.***

**Pytanie nr 14 Pakiet nr 9**

Czy Zamawiający w poz. nr 10 wyrazi zgodę na zaferowanie płytki samodociskowej wąskiej cienkiej o szerokości 11mm zamiast 10,2mm?

***Zamawiający w Pakiecie nr 9 w poz. nr 10 dopuszcza zaferowanie płytki samodociskowej wąskiej cienkiej o szerokości 11mm zamiast 10,2mm.***

**Pytanie nr 15 Pakiet nr 9**

Zapis pod pakietem-Czy Zamawiający odstąpi od użyczenia na czas trwania umowy instrumentarium do płyt z w/w pakietu?

***Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 9 płyt bez użyczenia instrumentarium na czas trwania umowy.***

**Pytanie nr 16 Pakiet nr 11**

Czy Zamawiający w poz. nr 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie płytki do więzadeł okrągłej 2 otworowej z dwoma nacięciami zamiast płytki czterootworowej?

***Zamawiający w Pakiecie nr 11 w poz. nr 4 dopuszcza zaoferowanie płytki do więzadeł okrągłej 2 otworowej z dwoma nacięciami zamiast płytki czterootworowej.***

**Pytanie nr 17 Pakiet nr 11**

Zapis pod pakietem-Czy Zamawiający odstąpi od użyczenia na czas trwania umowy instrumentarium do płyt z w/w pakietu?

***Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

**Pytanie nr 18 Pakiet nr 17**

Czy Zamawiający w poz. nr 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoździ sródszpikowych, krętarzowych tylko o kątach trzonowych 125;130;135 stopni?

***Zamawiający w Pakiecie nr 17 w poz. nr 1 dopuszcza zaoferowanie gwoździ sródszpikowych, krętarzowych tylko o kątach trzonowych 125;130;135 stopni.***

**Pytanie nr 19 Pakiet nr 18**

Czy Zamawiający w związku z opisem w poz. nr 1, będzie wymagał do wyceny wkrętów blokujących o średnicy 5,0 i 5,5mm? Jeśli tak to prosimy o utworzenie nowej pozycji i podanie ilości wkrętów do wyceny.

***Zamawiający w Pakiecie nr 18 dopisuje pozycję nr 6 .***

***W załączeniu skorygowany pakiet nr 18.***

**Pytanie nr 20 Pakiet nr 18**

Z uwagi na niewielkie ilości asortymentu do zakupu w okresie 24 miesięcznej umowy czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od użyczenia instrumentarium na czas trwania umowy na rzecz dostarczania instrumentarium wraz implantami na zabieg?

***Zamawiający w Pakiecie nr 18 dopuszcza odstąpienie od użyczenia instrumentarium na czas trwania umowy na rzecz dostarczania instrumentarium wraz implantami na zabieg.***

**Pytanie nr 21 Pakiet nr 25**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od konieczności utworzenia depozytu i udostępnienia instrumentarium na okres trwania umowy na rzecz dostaw sukcesywnych endoprotezy głowy kości promieniowej wraz z instrumentarium do planowanego zabiegu? Z uwagi na niewielkie ilości implantów przewidzianych do zakupu prosimy o uwzględnienie naszej prośby. Zamawiający przewidział do zakupu 6 kpl. endoprotezy głowy kości promieniowej na okres 24 miesiące co pozwala sugerować że zabiegi z wykorzystaniem implantów w ww. pakiecie będą wykonywane około 1 raz na 4 miesiące.

***Zamawiający w Pakiecie nr 25 dopuszcza odstąpienie od konieczności utworzenia depozytu i udostępnienia instrumentarium na okres trwania umowy na rzecz dostaw sukcesywnych endoprotezy głowy kości promieniowej wraz z instrumentarium do planowanego zabiegu.***

## Zapytania do w/w postępowania, dot. projektu umowy:

### Pytanie nr 22

Czy Zamawiający w §1 ust. 2 i 3 oraz w rozdziale III, pkt. 4 SIWZ doprecyzuje, iż wymóg depozytu przedmiotu umowy i użyczenia instrumentarium dotyczy tylko tych pakietów, w których pod formularzem cenowym został postawiony taki wymóg?

**Zamawiający informuje, że wymóg depozytu przedmiotu umowy dotyczy pakietów nr 1, 6, 11 – 26, przedmiotem użyczenia instrumentarium są pakiety nr 1,2 6, 11 – 26. Zamawiający wykreśla z Pakietów nr 9, 10 zapisy pod formularzem cenowym dotyczące wymagań użytkownika.**

**W załączeniu skorygowane Pakiety nr 9,10.**

### Pytanie nr 23

Czy Zamawiający w §1 ust. 4 oraz w rozdziale III, pkt. 5 SIWZ odstąpi od przeprowadzenia szkolenia w zakresie użytkowania przedmiotu umowy dla zadań nr 2-5;7-12; z uwagi na to, iż asortyment w w/w pakiecie to produkty powszechnie znane i stosowane w służbie zdrowia, sposób ich użytkowania nie wymaga specjalistycznego instruktażu użytkownika - stąd prosimy o odejście od w/w wymogu.

**Zamawiający dopuszcza odstępnie od przeprowadzenia szkolenia w zakresie użytkowania przedmiotu umowy dla zadań nr 2-5;7-12.**

### Pytanie nr 24

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §9

- a. Ust. 1 pkt 1 z 0,5% wartości umowy na 0,2% wartości niedostarczonego w terminie towaru

**Zamawiający zmienia zapis w §9 ust. 1 pkt. 1 i nadaje mu brzmienie:**

**... za zwłokę w dostarczeniu partii towaru w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto dostarczonej ze zwłoką partii towaru za każdy dzień zwłoki....**

- b. Ust. 3 z 5% na 0,5%?

**Zamawiający zmienia zapis w §9 ust. 3 i nadaje mu brzmienie:**

**..W przypadku zwłoki w uzupełnieniu depozytu Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 1% wartości nie uzupełnionego depozytu....**

### Pytanie nr 25

Czy Zamawiający w §3 ust. 1 i 11 oraz w §4 ust. 6 wyrazi zgodę na odstępnie od wymogu posiadania daty ważności i umieszczania jej na fakturze w przypadku wyrobów niesterylnych w odniesieniu do pakietów nr 1-12; 15-19; 24?

**Zamawiający dopuszcza odstępnie od wymogu posiadania daty ważności i umieszczania jej na fakturze w przypadku wyrobów niesterylnych w odniesieniu do pakietów nr 1-12; 15-19; 24.**

Przedmiotem zamówienia jest asortyment niesterylny i dlatego zgodnie z przepisami nie ma obowiązku posiadania przez produkt, umieszczania na nim informacji na temat ważności produktu w przypadku wyrobów niesterylnych. Wszystkie dostarczane produkty mają oznaczenia, które umożliwiają identyfikację produktu. Rok produkcji zawarty jest w numerze LOT, zaś ważność wyrobów niesterylnych tj. czas w ciągu którego mogą być przechowywane przed zastosowaniem ich do celów leczniczych jest bezterminowy.

**Pytanie nr 26**

Czy Zamawiający wyjaśni, iż Wykonawca może doręczać także faktury w wersji papierowej (§3 ust. 11)?

Obowiązujące obecnie przepisy nie nakazują wystawianie faktur jedynie w wersji elektronicznej, a co za tym idzie wersja papierowa powinna zostać dopuszczona bez jakichkolwiek dodatkowych obostrzeń.

**Zgodnie z zapisami §3 ust. 10 wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy wraz z fakturą ( w wersji papierowej ) najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego protokołu zużycia lub zamówienia przekazanego faxem.**

**Pytanie nr 27**

Czy Zamawiający w §3 ust. 11 oraz w zał. nr 2.2 do umowy odstąpi od wymogu dostarczania faktur we wskazanych formatach lub wskaże dodatkowo powszechnie stosowany format .pdf lub excel?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Powyższe informacje stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA  
Z-ca DYREKTORA  
ds. Finansów i Administracji

*mgr inż. Jacek J. Raziuk*

pieczęćka Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**  
**pakiet nr 9 Płytki kostne, rynnowe i samodociskowe ( ZMIANA )**

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	Ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Płytką wąską, cienką z ilością otworów od 2 - 16 , o grubości 2,5mm i długości od 39mm- 263mm , pod wkręty Ø4,5mm.materiał-stal.			szt	20					
2	Płytką kostną drobną z ilością otworów od 2 do 12 i długości odpowiednio od 16mm-91 mm . Grubość płytki 1,5mm , szerokość 7,5mm . Otwory pod wkręty 3,5 mm.			szt	10					
3	Płytką kostną drobną samodociskową z ilością otworów od 2 do 16 i długości odpowiednio od 20mm-132 mm . Grubość płytki 2,0mm , szerokość 8,0mm . Otwory pod wkręty 2,0 mm.			szt	10					
4	Płytką kostną drobną samodociskową z ilością otworów od 3 do 12 i długości odpowiednio od 28mm - 100mm . Grubość płytki 2,0mm , szerokość 8,0mm . Otwory pod wkręty 2,7mm .			szt	10					
5	Płytką kostną drobną samodociskową z ilością otworów od 2 do 16 i długości odpowiednio od 17mm-87 mm . Grubość płytki 1,5mm , szerokość 5,0mm . Otwory pod wkręty 2,0 mm.			szt	10					
6	Płytką rynnową 1/3 rurki z ilością otworów od 3-8 i długości odpowiednio od 37mm- 97mm . Grubość płytki 1,0mm szerokość 7,0mm . Otwory pod wkręty 3,5mm lub 2,7mm			szt	10					

7	Płytki rynnowa 1/3 rurki z ilością otworów od 3-10 i długości odpowiednio od 40mm- 138mm . Grubość płytki 1,0mm szerokość 9,0mm . Otwory pod wkręty 3,5mm .			10				
8	Płytki samodociskowa szeroka gruba , ilość otworów 6-16 i długości odpowiednio od 103mm - 296mm . Szerokość 16,5mm , grubość 4,5mm. Otwory pod wkręty Ø4,5mm oraz otwór na wkręt Ø 6,5 mm.			30				
9	Płytki samodociskowa , wąska , gruba , ilość otworów 5-15 i długości odpowiednio od 89mm - 278mm . Szerokość 11,7mm , grubość 4,0mm. Otwory pod wkręty Ø4,5mm oraz otwór na wkręt Ø 6,5 mm.			100				
10	Płytki samodociskowa , wąska , cienka , ilość otworów 2-12 i długości odpowiednio od 25mm - 145mm . Szerokość 10,2mm , grubość 2,5mm. Otwory pod wkręty Ø3,5mm .			100				
11	Płytki samodociskowa , wąska , cienka , ilość otworów 4 - 12 i długości odpowiednio od 53mm - 149. Szerokość płytki 10,2mm , grubość 3,2mm.			100				
<b>RAZEM</b>								

wartość brutto słownie: .....

.....  
 (podpis i pieczęć imienna osoby  
 uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY  
pakiet nr 10 Płyta T, Y ( ZMIANA )

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	Ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Płyta "T"</b> -grubość 2-4mm, długość 60-160mm, otwory Ø 4,0-6,5mm, 3 otwory w części poprzecznej, skośnej, 4-6 otworów w części prostej /lewa, prawa/.			szt	50					
2	<b>Płyta "Y"</b> -grubość 2-4mm, długość 60-160mm, otwory Ø 4,0-6,5mm, 3 otwory w części poprzecznej, skośnej, 4-6 otworów w części prostej /lewa, prawa/.			szt	50					
<b>RAZEM</b>										

wartość brutto słownie: .....

.....  
(podpis i pieczęć imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)



Załącznik nr 1.18  
na dostawę implantów ortopedycznych stosowanych w chirurgii urazowo-ortopedycznej  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
przy ul. Kamieńskiego 73 a  
Szp/FZ-57/2015

pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY  
pakiet nr 18 Gwóźdź śródszpikowy udowy wsteczny - kondylarny. ( ZMIANA )

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	Ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	<p><b>Gwóźdź śródszpikowy udowy wsteczny - kondylarny.</b> Wymagania: Jeden uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej lewej i prawej kończyny używany przy metodzie wstecznej. Długość L=180÷440mm (ze skokiem co 20mm) do długości 440mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=10÷12mm ze skokiem (co 1mm) w wersji kaniulowanej . W części dalszej posiadający min. 8 otwory w tym:2 otwory o średnicy6,5mm i 2 otwory o średnicy 5mm w płaszczyźnie strzałkowej, 2 otwory o średnicy 5mm w płaszczyźnie poprzecznej co najmniej 2 otwory kondylarno kacie 30 °w płaszczyznach - AP i poprzecznej . W części bliższej posiadający min. 3 otworów w dwóch płaszczyznach (w tym co najmniej jeden dynamiczny). Blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 ryglami z nakrętkami lub zestawem blokującym o średnicy ø6,5 z zakresem długości 50-105mm. Zapewnia zastosowanie 2 dodatkowych rygli o średnicy ø5,0 i 5.5mm przy wieloodłamowych złamaniach. W części dalszej blokowany ryglami o średnicy ø5,0 lub 5,5. Wszystkie elementy blokujące z gniazdami typu torx System wykonany z tytanu .</p>			szt	20						

