



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Wrocław, dnia 12.01.2016r.

Szp/FZ- 48A/121/2015

## INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „Dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Naczyń Obwodowych ”

**Pytanie nr 1 - dot. Pakietu nr 1** – Cewniki balonowe do PTA do naczyń obwodowych  
Czy Zamawiający dopuści cewnik balonowy do PTA do naczyń obwodowych o nieznacznie zmienionych parametrach:

- zakres długości 30 -120mm,
  - średnice 2,0 – 5,0 mm,
  - kompatybilny z przewodnikiem 0,014”,
- Ciśnienie nominalne 8 barów , RBP 14 – 18 barów.

Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewników balonowych o parametrach:

- zakres długości 30 -120mm,
  - średnice 2,0 – 5,0 mm,
  - kompatybilny z przewodnikiem 0,014”,
- Ciśnienie nominalne 8 barów , RBP 14 – 18 barów.

Pozostałe parametry bez zmian.

Powyższa informacja stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA  
Z-ca DYREKTORA  
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jolanta Raziuk