



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Wrocław, dnia 22.01.2016r .

Szp/FZ –62/25 /2015

## INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „**dostawę materiałów do badań diagnostycznych.**”

Znak sprawy: Szp/FZ–62/2015

### **Pytanie nr 1 Pakiet 1 poz.6**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji żelu do ekg w op. po 0,5kg z przeliczeniem wymaganych ilości.

***Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

### **Pytanie nr 2 Pakiet nr 3 poz. 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrod radioprzeziernych do badań 24godzinnnych nie wyposażonych w zdzierak do naskórków. Badanie RTG jest badaniem krótkookresowym i nie ma potrzeby utrzymywania elektrody na ciele pacjenta długoterminowo.

***Zamawiający dopuszcza elektrody radioprzeierne bez zdzieraka do naskórka .***

***Jednocześnie Zamawiający wymaga elektrod do monitorowania w warunkach rezonansu magnetycznego.***

### **Pytanie nr 3 Pakiet nr 14 poz. 4**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru przeznaczonego m.in. do aparatu Farum o rozmiarach 120mm x 30 metrów z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 133 sztuki. Zaproponowany Państwu papier różni się jedynie długością.

***Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

### **Pytanie nr 4 Pakiet nr 14 poz. 5**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru przeznaczonego m.in. do aparatu Farum o rozmiarach 210 mm x 25 metrów z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 480 sztuk. Zaproponowany Państwu papier różni się jedynie długością.

***Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

### **Pytanie nr 5 Pakiet nr 14 poz. 18**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru przeznaczonego do programatora firmy St. Jude Medical o rozmiarach 210mm x 140mmx 250 kartek z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 6 sztuk. Zaproponowany Państwu papier różni się jedynie długością.

***Zamawiający dopuszcza papier 210x140x250 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.***

**Pytanie nr 6 Pakiet nr 14 poz. 20**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru przeznaczonego do programatora firmy Biotronik EPR-1000 Plus o rozmiarach 112mm x 125mmx 200 kartek z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 23 sztuki. Zaproponowany Państwu papier różni się jedynie długością.

**Zamawiający dopuszcza papier 112x125x200 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.**

**Pytanie nr 7 Dotyczy SIWZ pkt. VI pkt. 2 B- Dotyczy PAKIETU nr 14- PAPIERY REJESTRACYJNE**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie ulotki głównego dystrybutora, która będzie zawierać opis techniczny przedmiotu potwierdzający spełnianie warunków ( dla pakietu nr 14- papiery rejestracyjne).

**Zamawiający dopuszcza ulotki głównego dystrybutora, która będzie zawierać opis techniczny przedmiotu potwierdzający spełnianie warunków ( dla pakietu nr 14- papiery rejestracyjne).**

**Pytanie nr 8 Dotyczy SIWZ pkt. XI pkt. 1.4)**

W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego ( a jest nią dopiero podpisanie umowy ) chcielibyśmy potwierdzić, że Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego ? Oczywiście umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

**Zamawiający na etapie składania oferty uzna wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej.**

**Pytanie nr 9 Projekt umowy- §12 ust. 1.1)**

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie zmiany postanowień umowy w przypadku zmiany stawki VAT. Czy w przypadku wzrostu stawki VAT zmianie ulegną ceny brutto przy stałości cen netto?

**Zgodnie z zapisami SIWZ rozdział XVIII pkt.2 oraz wzoru umowy § 12 pkt. 2:**

**..W przypadku zmiany stawki podatku VAT o której mowa w ust 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca do ceny netto doliczy wysokość stawki podatku VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury..**

**Pytanie nr 10 Dotyczy: Pakiet nr 9 – różne materiały diagnostyczne:**

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie do pozycji nr 1 :

Czy w przypadku oferowania pojemności 150 ml lub 200 ml należy przeliczyć ilości i zaoferować np.:

- 20 opakowań o pojemności 150 ml, zaś 15 opakowań o pojemności 200 ml, bądź

-20 opakowań o pojemności 200 ml i wówczas 27 opakowań o pojemności 150 ml utrwalacza?

**Zamawiający wymaga 4 000 ml utrwalacza cytologicznego konfekcjonowane w opakowaniach od 150 do 200 ml z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań.**

Powyższe informacje stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

DYREKTOR SZPITALA

Prof. dr hab. Wojciech Wilkiewicz