



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Wrocław, dnia 25.01.2016 r.

Szp/FZ- 2/ 30 /2016

## INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. tekst jednolity), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „Dostawę płynów do aparatu Prismaflex”

### **Pytanie Nr 1 – dotyczy poz. 3**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie dializatu bezwapniowego: płynu do dializy buforowanego dwuwęglanem, skład Na 140 mmol/l, K 4 mmol/l, Mg 0,75 mmol/l, Glukoza 6,1 mmol/l, Cl 120,5 mmol/l, Mleczany 3 mmol/l, HCO<sub>3</sub> 22 mmol/l. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną. Kompatybilny z zestawem CRRT do aparatu Prismaflex?

### **Odpowiedź Nr 1**

*Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 3 pakietu dializatu bezwapniowego o powyższym składzie, kompatybilnym z zestawem CRRT do aparatu Prismaflex. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.*

### **Pytanie Nr 2 – dotyczy poz. 2**

Czy Zamawiający, mając na względzie zasady polskiego jak i europejskiego systemu zamówień publicznych i wiedząc, że każdorazowo postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający przygotowuje i przeprowadza w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców dopuści do postępowania Szp/FZ-2/2016 pakiet zbiorczy pozycja 2 termin składania ofert 20.01.2016 produkt Cytrynian sodu™( 1000 ml roztworu zawiera: cytrynian sodu bezwodny 132,1 g – cytrynian sodu jednowodny 10,36 g – woda do iniekcji wystarczająca na 1000 ml. Elektrolity (mmol/l): Na+ 1352 – Citrate3- 500, stosowany w połączeniu z hemodializą (HD) lub ciągłą terapią nerkozastępczą (CRRT) jako sterylny i wolny od pirogenów antykoagulant do systemu pozaustrojowego.

### **Odpowiedź Nr 2**

*Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.*

### **Pytanie Nr 3 – dotyczy poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 z pakietu zbiorczego i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

### **Odpowiedź Nr 3**

*Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 2 do osobnego pakietu.*

### **Pytanie Nr 4 – dotyczy poz. 4**

Czy Zamawiający, mając na względzie zasady polskiego jak i europejskiego systemu zamówień publicznych i wiedząc, że każdorazowo postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający przygotowuje i przeprowadza w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców dopuści do postępowania Szp/FZ-2/2016 pakiet zbiorczy pozycja 4 termin składania ofert 22.02.2016 produkt Citra-HF-Pre™ rozcieńczony roztwór substytucyjny stosowany w hemofiltracji w Prędkości nie wymaga modyfikacji urządzenia CRRT przy jednoczesnym wydłużonym czasie stosowania

hemofiltra który posiada prosty i bezpieczny protokół, rozcieńczony roztwór substytucyjny zawierający w swoim składzie cytrynian sodu i elektrolity ( Na 139,9; K 3,0; Mg 0,5; Cl 104,0; Glukoza 5,0; Cytrynian sodu 13,3 mmol/l ) w opakowaniu 5000ml dostosowany do różnych rodzajów połączeń (nakładka typu luer-lock, igła typu spike, igła) jako kompletną i skuteczną terapię która umożliwia mniejsze zużycie krwi i czynników antykoagulacyjnych?

**Odpowiedź Nr 4**

*Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.*

**Pytanie Nr 5 – dotyczy poz. 4**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 z pakietu zbiorczego i utworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

**Odpowiedź Nr 5**

*Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 4 do osobnego pakietu.*

Powyższa informacja stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA  
Z-ca DYREKTORA  
ds. Finansów i Administracji

*mgr inż. Jadwiga Raziuk*