



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dnia 25.01.2016r .

Szp/FZ -62/41 /2015

INFORMACJA NR 5 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „**dostawę materiałów do badań diagnostycznych.**”
Znak sprawy: Szp/FZ-62/2015

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 7 w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie nr 1

W związku z umieszczeniem w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych pasków testowych do glukometrów, będących zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, co jednakże ograniczałoby konkurencję asortymentową do wyrobu konkretnego wytwórcy nadając mu praktyczną nieograniczoną wyłączność na kształtowanie ceny oferty, zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający postępując zgodnie z ustawą Pzp (art. 7 i 29) oraz mając na uwadze potencjalne oszczędności cenowe wynikające z dopuszczenia produktu konkurencyjnego dopuszcza złożenie oferty w postaci wysokiej jakości pasków testowych do glukometrów, charakteryzujących się opisanymi poniżej parametrami:

a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania;

Zamawiający dopuszcza funkcje Auto-coding eliminującą konieczność kodowania

b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru;

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD dający poprawne wyniki niezależnie od stężenia tlenu;

Zamawiający dopuszcza Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD dający poprawne wyniki niezależnie od stężenia tlenu.

d) Kapilara samozasysająca krew - wielkość zasysanej próbki krwi 0,5 ul;

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s;

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

f) Dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej, znajdujące się poza obrębem glukometru, umożliwiające pobieranie krwi włosniczkowej z opuszek palców, a także krwi żyłnej i tętnicznej;

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

g) Paski wymagające sporadycznej kontroli za pomocą płynów kontrolnych w 2 stężeniach (opcjonalne dołączenie 3 stężenia);

Zamawiający wymaga roztworu kontrolnego na 3 poziomach (niski, normalny, wysoki).

h) Możliwość wykorzystania każdego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy (opakowanie zawiera 2 fiołki x 25 pasków);

Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania każdego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy (opakowanie zawiera 2 fiołki x 25 pasków).

i) zalecany zakres hematokrytu 20-60% zakres wyników liczbowych pomiaru 10-900mg/dl przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi normy ISO15197:2013 i najnowszymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w pełnym zakresie;

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometrów z funkcją automatycznego wyrzutu zużytego paska za pomocą przycisku – taka funkcja istotnie obniża możliwość kontaktu personelu z materiałem biologicznym pacjenta?

Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometrów z funkcją automatycznego wyrzutu zużytego paska za pomocą przycisku zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wymaga aby zgodnie z instrukcjami maksymalny błąd pomiarowy pasków testowych nie przekraczał ± 15 mg/dl dla stężeń glukozy < 100 mg/dl i $\pm 15\%$ dla stężeń glukozy ≥ 100 mg/dl, tj. zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometru z sygnalizacją pobrania zbyt małej próbki krwi za pomocą specjalnego komunikatu na wyświetlaczu?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści ofertę pasków testowych kodowanych za pomocą kalibratora (paska kodującego), chipa, przycisku lub klucza kodującego? Kodowanie wydłuża pracę i może być źródłem błędów wynikających z wprowadzenia niewłaściwego urządzenia do glukometru lub wybrania nieprawidłowego kodu dla danej serii pasków.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pasków testowych kodowanych za pomocą chipa, nie dopuszcza kodowania manualnego oraz poprzez pasek kodujący.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści paski testowe z możliwością podawania wyników liczbowych pomiaru w wąskim zakresie 20-500mg/dl lub 20-525mg/dl – ze względu na swój błąd pomiarowy takie paski mogą nie wskazać żadnego wyniku już przy stężeniu glukozy od 450 mg/dl w górę?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści ofertę pasków testowych zapakowanych indywidualnie? Konieczność odpakowywania każdego paska z osobna wydłuży i utrudni pracę personelu Zamawiającego, wykonującego rutynowo pomiary glikemii u wielu pacjentów w tym samym czasie.

Zamawiający nie dopuszcza pasków testowych zapakowanych indywidualnie.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych z pomiarem wykonywanym nie później niż 5 sekund od chwili wprowadzenia próbki, co znacząco oszczędzi czas rutynowej pracy personelu?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane paski testowe do glukometrów były wyrobem medycznym refundowanym, co zapewni ciągłość dostaw pasków do siedziby Zamawiającego?

Zamawiający nie wymaga aby zaoferowane paski testowe do glukometrów były wyrobem medycznym refundowanym, co zapewni ciągłość dostaw pasków do siedziby Zamawiającego.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków testowych, w których zgodnie z instrukcją obsługi glukometru mogą potencjalnie wystąpić problemy z napełnieniem paska testowego krwią?

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pasków testowych, w których zgodnie z instrukcją obsługi glukometru mogą potencjalnie wystąpić problemy z napełnieniem paska testowego krwią.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków testowych z enzymem interferującym z tlenem cząsteczkowym?

Pytanie nr 12 Pakiet nr 7

Czy Zamawiający oczekuje roztworu kontrolnego, który jest niezbędny przy monitorowaniu poprawności i dokładności działania systemu? Jeżeli tak to czy Zamawiający oczekuje roztworu kontrolnego na 3 poziomach (niski, normalny, wysoki)?

Zamawiający wymaga roztworu kontrolnego, który jest niezbędny przy monitorowaniu poprawności i dokładności działania systemu.

Zamawiający wymaga roztworu kontrolnego na 3 poziomach (niski, normalny, wysoki).

Pytanie nr 13 Pakiet nr 7

Czy Zamawiający oczekuje by roztwór kontrolny był przydatny do użytkowania po otwarciu przez okres 6 miesięcy, co pozwoli Zamawiającemu w pełni wykorzystać zawartość fiolki oraz zabezpieczy przed szybkim przeterminowaniem się roztworu po otwarciu?

Zamawiający wymaga roztworu kontrolnego przydatnego do użytkowania po otwarciu przez okres 6 miesięcy.

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 6. Zamawiający przedłuża termin składania ofert. Nowy termin składania ofert: 03.02.2016r. Miejsce oraz godzina składania ofert nie ulegają zmianie. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w rozdziale XII. pkt 2 i 9 na następującą:

ROZDZIAŁ XII

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

2. Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ, należy przesłać lub złożyć w Dziale Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, Budynek nr 10 do godziny 09:00 do dnia 03.02.2016 r.

9. **Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.02.2016 r. o godz. 10:00 w Dziale Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych – Budynek nr 10 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a.**

Powyższe informacje stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk