



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Wrocław, dnia 26.01.2016 r.

Szp/FZ- 2/ 45 /2016

## INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. tekst jednolity), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „Dostawę płynów do aparatu Prismaflex”

**Pytanie Nr 1** – dotyczy poz. 2

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie płynów z okresem ważności 12 miesięcy od daty produkcji?

**Odpowiedź Nr 1**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie Nr 2** – dotyczy poz. 3

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie dializatu bezwapniowego: płynu do dializy buforowanego dwuwęglanem, skład Na 140 mmol/l, K 4 mmol/l, Mg 0,75 mmol/l, Glukoza 6,1 mmol/l, Cl 120,5 mmol/l, Mleczany 3 mmol/l, HCO<sub>3</sub> 22 mmol/l. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną. Kompatybilny z zestawem CRRT do aparatu Prismaflex?

**Odpowiedź Nr 2**

Vide Informacja nr 1 Odpowiedź nr 1 z dn. 25.01.2016 r.

**Pytanie Nr 3** – dotyczy zapisów Projektu Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę dot. dostaw CITO tj. 12 godzin od momentu dostarczenia zamówienia w dni robocze oraz w soboty?

**Odpowiedź Nr 3**

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy w przypadku zamówień z adnotacją „cito” lub „na ratunek” do 12 godzin w dni robocze (od poniedziałku do piątku) oraz w soboty od momentu otrzymania zamówienia faxem.

Powyższa informacja stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA  
Z-ca DYREKTORA  
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk