

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ – 55A/ 50 /2015

Wrocław, dnia 29.01.2016 r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „**Dostawa protez piersi oraz materiałów zużywalnych do systemu Intrabeam**”

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 1, części 1 - Endoproteza piersi okrągła:

Zamawiający wymaga co najmniej 4 profile (niski, średni, wysoki, bardzo wysoki) oraz gwarancję w razie pęknięcia implantu min. 15 lat. W ofercie naszej firmy posiadamy endoprotezy piersi o kształcie okrągłym w 4 profilach: średnim, średnim plus, wysokim i bardzo wysokim, natomiast gwarancja w razie pęknięcia implantu jest bezterminowa, a nie tylko przez 15 lat od dnia wszczęcia endoprotezy. Pozostałe parametry są zgodne z wymaganiami. Czy Zamawiający dopuści do przetargu endoprotezy naszej firmy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyspecyfikowane powyżej endoprotezy.

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 1, części 2 - Endoproteza piersi profilowana:

Zamawiający wymaga min. 4 modele różniące się szerokością podstawy i wysokością oraz gwarancję w razie pęknięcia implantu min. 15 lat. W ofercie naszej firmy posiadamy 9 różnych kształtów endoprotez piersi o kształcie profilowanym w 3 wysokościach i 3 projekcjach różniących się szerokością podstawy i wysokością, natomiast gwarancja w razie pęknięcia implantu jest bezterminowa, a nie tylko przez 15 lat od dnia wszczęcia endoprotezy. Pozostałe parametry są zgodne z wymaganiami. Czy Zamawiający dopuści do przetargu endoprotezy naszej firmy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyspecyfikowane powyżej endoprotezy.

Pytanie nr 3


W ofercie firmy, którą reprezentujemy na rynku polskim występują zarówno endoprotezy piersi okrągłe jak i profilowane - anatomiczne. Uszeregowane są one w trzech profilach a nie czterech i oferują całe spektrum możliwości związanych z różnorodnością potrzeb rynkowych.

Katalogi produktów przesyłam w załączeniu.

W związku z powyższym Czy zamawiający dopuści do postępowania endoprotezy piersi okrągłe i profilowane zgodne z przesłanymi katalogami ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza endoprotezy piersi okrągłe i profilowane zgodne z przesłanymi katalogami.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

DYREKTOR SZPITALA

prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz
(5)