



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dnia 02.02.2016 r.

Szp/FZ- 25B/2016/59

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na „Dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w kardiologii inwazyjnej u dzieci”

Pytanie nr 1 - dot. Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści cewnik balonowy non compliant o zakresie średnic od 2 mm do 4,5 mm oraz długościach 5, 10, 15 i 20mm, przy dotrzymaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewnika balonowego non compliant o zakresie średnic od 2 mm do 4,5 mm oraz długościach 5, 10, 15 i 20mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2 - dot. Pakietu nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie balonów do walwuoplastyki aortalnej zastawki pnia płucnego. Obwodowego zwężenia tętnicy płucnej, zwężenia cieśni aorty, zwężenia odpływu prawej i lewej komory (PTV) oraz do zastosowań w kardiologii interwencyjnej o poniższych parametrach: ciśnienie nominalne NBP 4,5 – 1atm.; znamionowe ciśnienie rozrywające 6 – 1,5atm, kompatybilne z introduserami 4 – 10F, kompatybilne z przewodnikiem 0.035”, o długości użytkowej 100cm i pozostałych parametrach bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie balonów do walwuoplastyki aortalnej zastawki pnia płucnego. Obwodowego zwężenia tętnicy płucnej, zwężenia cieśni aorty, zwężenia odpływu prawej i lewej komory (PTV) oraz do zastosowań w kardiologii interwencyjnej o poniższych parametrach: ciśnienie nominalne NBP 4,5 – 1atm.; znamionowe ciśnienie rozrywające 6 – 1,5atm, kompatybilne z introduserami 4 – 10F, kompatybilne z przewodnikiem 0.035”, o długości użytkowej 100cm./ Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Powyższa informacja stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk