



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Szp/FZ - 59/ 66 /2015

Wrocław, dnia 05.02.2016 r.

## INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) jako kierownik Zamawiającego przekazuje wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Dostawa siatek, taśm i zestawów do leczenia plastyki pochwy*”

Zamawiający koryguje omyłkę pisarską zaistniałą w Pakiecie nr 1 – *System do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet* .W przywołanym pakiecie w ostatniej linijce opisu przedmiotu zamówienia omyłkowo wpisano implantacja z dostępu załonowego prawidłowy zapis powinien brzmieć:

**- implantacja z dostępu załonowego.**

W związku z powyższym Zamawiający przekazuje w załączeniu skorygowany formularz asortymentowo – cenowy dla Pakietu nr 1.

*Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*

Z UPOWAŻNIENIEM DOKTORA  
Z-ca DYREKTORA  
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jolwiga Raziuk

Załącznik nr 1.1  
do oferty na dostawę siatek, taśm i zestawów do leczenia plastyki pochwy  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

.....  
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

### FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

#### Pakiet nr 1 - System do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	jm	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>System do operacyjnego nietrzymania moczu u kobiet</b> - system jednorazowy - monofilamentowa, 100% polipropylenowa niewchłaniałna taśma - szerokość 1,3mm - gramatura 62g/m <sup>2</sup> - zgrzewane brzegi taśmy laserowo - system składający się z 2 jednorazowych igieł - musi charakteryzować się ergonomicznym projektem uchwytu - igły średnicy 3,5mm - implantacja z dostępu zatonowego	szt	80							

wartość pakietu brutto słownie .....  
 .....  
 (podpis i pieczęćka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)