



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ – 55A/ 64 /2015

Wrocław, dnia 04.02.2016 r.

INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „**Dostawa protez piersi oraz materiałów zużywalnych do systemu Intrabeam**”

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu endoprotezy okrągłe produkt sterylny 5 lat, z gwarancją bezterminową w razie pęknięcia implantu oraz z gwarancją 3 lata w przypadku wystąpienia torebki. Dostępne wielkości protez od 70 ml do 1010 ml, 4 profile, bariera antydyfuzyjna, powłoka teksturowana?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyspecyfikowane powyżej endoprotezy.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści do przetargu endoprotezy profilowane wypełnione żelam silikonowym, 4 modele różniące się szerokością podstawy i wysokością, objętość 70 ml do 1035 ml, produkt sterylny 5 lat, gwarancja 3 lata w przypadku wystąpienia torebki, gwarancja bezterminowa w przypadku pęknięcia implantu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyspecyfikowane powyżej endoprotezy.

Pytanie nr 3 - Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

Prosimy wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka i czy Zamawiający oczekuje osłon jednorazowych do Systemu Intrabeam, o wymiarach 12 x 17 cm pakowanych po 10 szt., służących nie do osłony statywu, a do ochrony pacjenta przed promieniowaniem rozproszonym?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zaszła omyłka. Zamawiający oczekuje osłon jednorazowych do Systemu Intrabeam służących do ochrony pacjenta przed promieniowaniem rozproszonym.

Pytanie nr 4 - Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający oczekuje w poz. 2 zaoferowania osłon zgodnych z poniższym opisem :

„Osłony sterylne do okrycia statywu systemu Intrabeam w trakcie zabiegów radioterapii śródoperacyjnej:

- wyposażone w gniazdo dopasowane rozmiarem do średnicy źródła promieniowania systemu
- wyposażone w plastry/rzepy pozwalające dopasować ułożenie folii do ustawienia ramienia systemu w trakcie zabiegu
- wykonane z cienkiej i elastycznej folii pozwalające na redukcję szelastu i refleksów światła
- pakowane sterylne w sposób pozwalający na łatwe obłożenie systemu
- rozmiar 122 x300cm

Gwarancja nie mniej niż 12 m-cy

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z USCISŁOWA
Z-ca Dyrektora
ds. Finansów i Administracji
mgr inż. J. J. Raziuk